



Consum anual d'heli líquid

La taula següent és un resum dels consums anuals d'heli líquid, així com les circumstàncies que puguin explicar un increment important del consum.

| Any | Nombre de recàrregues | Total litres de LHE | Imants superconductors | Observacions |
|-------------|-----------------------|---------------------|--|---|
| 2020 | 10 | 960 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP (gener i febrer) | Fins el 2020-07-31. |
| 2019 | 14 | 2395 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP (gener i febrer) | Fins el 2019-12-18. Inclou recàrrega del camp del 600 MHz (200L de 360L) i per manteniment del Biospec (200L + 285L). |
| 2018 | 18 | 2735 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Fins el 2018-12-19. Inclou refredament i recàrregues per quench del 600 MHz. |
| 2017 | 18 | 2460 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Fins el 2017-12-13. Inclou refredament i recàrrega del 250robot per quench. |
| 2016 | 16 | 3395 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Inclou recàrrega de camp del 400wb i manteniment del BioSpec |
| 2015 | 15 | 2460 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | — |
| 2014 | 17 | 2460 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Inclou recàrrega de camp del 360 |
| 2013 | 24 | 3132 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Inclou tasques manteniment BioSpec |
| 2012 | 23 | 2300 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Inclou recàrrega de camp del 400wb |
| 2011 | 18 | 2680 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Inclou refredament i càrrega del 250-robot, recàrrega extra del DNP per problemes, així com les tasques de manteniment del BioSpec. |
| 2010 | 15 | 2080 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec, DNP | Inclou refredament i càrrega del DNP |
| 2009 | 12 | 1790 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec | Inclou tasques manteniment BioSpec |
| 2008 | 15 | 1760 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec | Inclou refredament del 400wb per quench |
| 2007 | 11 | 2126 L | 2×250, 360, 2×400, 500, 600, BioSpec | Inclou refredament i recàrrega del 360 per quench, i instal·lació del 600 i BioSpec |
| 2006 | 12 | 1060 L | 2×250, 360, 2×400, 500 | Inclou refredament i recàrrega del 250robot per quench |



From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=consum_anual_lhe&rev=1596207155

Last update: **2020/07/31 16:52**

