

Registre històric de nivells i recàrregues d'heli líquid

Instruccions del registre

- Les recàrregues d'heli s'indiquen en **negreta**.
- Les dades estan en ordre cronològic invers, és a dir, les més noves estan al capdamunt de les taules i les més velles al final.
- El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#).

2019

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivells tanc LIN	Responsable(s)	Observacions
2019-12-27	68%	66%	91%	66%	75%	81%	87%	-	de 300 a 270	Miquel i Pau	
2019-12-20	71%	71%	98%	67%	75%	87%	92%	-	de 130 a 120	Miquel	
2019-12-18	-%	-%	100%	-%	-%	-%	94%	-	---	Miquel i Eva	100L LHe
2019-12-18	72%	72%	60%	69%	75%	87%	55%	-	de 180 a 150	Miriam	
2019-12-11	75%	76%	69%	72%	75%	88%	58%	-	de 110 a	Eva	
2019-12-03	78%	80%	75%	74%	75%	91%	63%	-	---	Pau	Dewar N2
2019-11-27	80%	84%	81%	76%	77%	91%	67%	-	de 290 a 260	Eva	
2019-11-20	-%	85%	-%	-%	82%	96%	-%	-	---	Pau i Eva	100L LHe
2019-11-20	84%	77%	88%	79%	58%	61%	70%	-	de 170 a 130	Miriam	més un Dewar N2 Pau
2019-11-13	88%	81%	94%	81%	61%	63%	74%	-	de 290 a 260	Pau	
2019-11-06	-%	-%	100%	-%	-%	-%	82%	-	---	Pau i Eva	100L LHE
2019-11-06	91%	84%	60%	85%	64%	65%	56%	-	de 130 a 100	Eva	360MHz al 60% per 2a setmana
2019-10-30	96%	86%	60%	88%	67%	69%	61%	-	de 200 a 170	Miriam	
2019-10-16	98%	89%	76%	96%	73%	78%	68%	-	de 150 a 120	Eva	
2019-10-09	100%	89%	82%	98%	-%	-%	-%	-	---	Pau i Eva	100L LHe
2019-10-09	70%	57%	69%	67%	75%	83%	72%	-	de 220 a 190	Miriam	400WB 3a setmana a 75%
2019-10-02	73%	61%	75%	70%	75%	87%	75%	-	han omplert el tanc durant el manteniment	Pau	
2019-09-25	76%	66%	82%	73%	75%	89%	79%	-	de 200 a 170	Miriam	
2019-09-18	79%	70%	88%	76%	81%	91%	82%	-	de 290 a	Eva	
2019-09-11	82%	75%	95%	79%	85%	94%	83%	-	de 180 a 150	Pau i Eva	
2019-09-04	-%	80%	101%	-%	91%	97%	-%	-	---	Pau i Eva	100L LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivells tanc LIN	Responsable(s)	Observacions
2019-09-04	87%	74%	60%	84%	73%	72%	84%	-	de 290 a 230	Eva	COMPTE! 600MHz ha baixat a 84, anar observant
2019-08-28	89%	79%	60%	85%	75%	76%	89%	-	de 120 a 90	Miriam i Miquel	COMPTE! 600MHz ha baixat a 89%, anar observant
2019-08-21	92%	82%	69%	87%	75%	83%	94%	-	de 200 a 165	Eva, Miriam i Miquel	COMPTE! 600MHz al 94% per 4a setmana
2019-08-14	97%	85%	75%	?%	76%	87%	94%	-	de 290 a 260	Miquel i Miriam	COMPTE! 600MHz al 94% per 3a setmana
2019-08-07	98%	86%	82%	95%	81%	91%	94%	-	de 160 a 120	Miquel i Eva	COMPTE! 500MHz a 91% i 600MHz al 94% per 2a setmana
2019-07-31	99%	88%	88%	98%	86%	91%	94%	-	de 250 a 200	Eva	
2019-07-26	100%	-%	-%	98%	88%	-%	94%	-	---	Pau i Eva	250L LHe del manteniment del Biospec
2019-07-24	62%	92%	94%	72%	70%	94%	74%	-	de 170 a 140	Miriam	
2019-07-17	71%	97%	100%	75%	73%	100%	78%	-	de 280 a 230	Pau	100L LHE
2019-07-10	68%	76%	75% (*)	78%	75%	69%	81%	-	de 130 a 100	Eva	(*) Estimació, no es pot mesurar
2019-07-03	71%	80%	81% (*)	80%	76%	73%	83%	-	de 200 a 170	Miriam	(*) Mesura del 30 de Juny

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivells tanc LIN	Responsable(s)	Observacions
2019-06-26	74%	82%	85%	83%	80%	76%	85%	-	de 270 a 240	Pau	
2019-06-19	77%	85%	91%	86%	83%	79%	87%	-	de 170 a 150	Eva	
2019-06-12	80%	87%	97%	88%	86%	83%	93%	-	de 270 a 240	Miriam	
2019-06-05	83%	89%	101%	91%	94%	87%	94%	-	de — a —	Pau i Eva	100L LHE

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivells tanc LIN	Responsable(s)	Observacions
2019-05-29	88%	60%	70%	95%	75%	91%	94%	-	de 190 a 160	Eva	COMPTE! Sensor 400wb marca més que la setmana passada ¿?, sensor 500 marca igual que la setmana passada i sensor 600 està clavat al 94%
2019-05-22	90%	63%	76%	96%	71%	91%	94%	-	de 290 a 260	Miriam	El sensor del 600 està clavat al 94%
2019-05-15	93%	68%	82%	98%	75%	93%	97%	-	de 160 a 130	Eva	
2019-05-09	-	-	-	100%	-	100%	100%	-	de 250 a 220	Pau	100L LHE. El sensor del 600 està clavat al 94%
2019-05-08	97%	73%	88%	75%	87%	73%	94%	-	de 250 a 220	Pau	
2019-04-30	98%	78%	95%	78%	89%	77%	94%	-	de 150 a 100	Pau	
2019-04-25	99%	-%	100%	-%	92%	-%	94%	-	---	Pau i Eva	100L LHE
2019-04-24	81%	81%	60%	80%	72%	80%	92%	-	de 240 a 200	Eva	360MHz al 60% per 1a setmana
2019-04-17	85%	84%	66%	84%	76%	84%	94%	-	de 300 a 270	Pau, Miquel	
2019-04-10	89%	86%	73%	86%	79%	88%	94%	-	de 180 a 150	Eva	
2019-04-03	91%	87%	79%	88%	84%	91%	94%	-	de 280 a 250	Pau	
2019-03-27	96%	92%	86%	93%	86%	92%	94%	-	de 100 a 60	Eva	
2019-03-26	-%	94%	-%	-%	-%	94%	94%	-	---	Pau i Eva	100L LHE
2019-03-20	98%	80%	92%	96%	88%	92%	83%	-	de 180 a 150	Pau	el 250Robot ha baixat un 20% en només dues setmanes
2019-03-13	98%	84%	99%	98%	88%	94%	86%	-	de 260 a 230	Eva	
2019-03-08	100%	100%	100%	100%	100%	-%	94%	-	---	Pau, Miquel	360L LHE. Recàrrega 600MHz
2019-03-06	66%	86%	83%	63%	59%	89%	-%	-	de 110 a 60	Pau	360MHz al 60% 2a setmana

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivells tanc LIN	Responsable(s)	Observacions
2019-03-04	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	30%	de -- a --	Eva	Final descàrrega del DNP. La lectura no és correcta i el dewar ja s'ha buidat
2019-03-04	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	31%	de -- a --	Eva	Descàrrega del DNP
2019-03-01	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	52%	de -- a --	Eva	Descàrrega del DNP
2019-02-28	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	54%	de -- a --	Eva	Descàrrega del DNP
2019-02-27	69%	87%	90%	66%	61%	91%	94%	56%	de 190 a 150	Eva	Inici descàrrega del DNP
2019-02-20	72%	91%	96%	68%	65%	93%	94%	65%	de 300 a 250	Pau	
2019-02-13	75%	100%	100%	72%	68%	98%	94%	74%	de 180 a 130	Pau	200L LHE
2019-02-06	78%	62%	60%	74%	70%	68%	69%	82%	de 270 a 230	Eva	360MHz al 60% 2a setmana
2019-01-30	80%	67%	61%	76%	73%	72%	73%	90%	de 110 a 70	Eva	360MHz al 60% 1a setmana
2019-01-23	83%	75%	70%	79%	77%	77%	78%	97%	de 210 a 170	Pau	
2019-01-18	-%	-%	-%	-%	-%	-%	78%	100%	--	Pau i Eva	100L LHE. Vigilar 600MHz hi havia molta pressió al obrir el tap del dewar d'heii
2019-01-16	88%	78%	77%	83%	80%	86%	76%	59%	de 280 a 250	Eva	
2019-01-09	91%	80%	83%	85%	83%	89%	80%	68%	de 150 a 100	Pau	
2019-01-02	96%	83%	90%	87%	87%	90%	81%	77%	de 260 a 220	Miquel i Pau	

2018

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2018-12-26	98%	89%	97%	91%	88%	94%	83%	85%	de 110 a 70	Eva	
2018-12-19	-%	-%	100%	-%	92%	98%	-%	-%		Pau i Eva	100L LHe
2018-12-19	98%	91%	74%	94%	77%	80%	88%	93%	de 250 a 210	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2018-12-12	100%	93%	-%	-%	-%	-%	94%	100%		Pau i Eva	El sensor del 250robot marca 93% però vam observar sortit flama durant la recàrrega
2018-12-12	72%	80%	81%	96%	80%	90%	94%	70%	de 150 a 110	Eva	El nivell del 600MHz es manté al 94% ¿?
2018-12-05	76%	84%	87%	98%	83%	95%	94%	78%		Pau	
2018-11-28	78%	84%	93%	98%	86%	98%	-%	-%		Pau i Eva	200L LHe
2018-11-28	65%	60%	60%	24%	56%	62%	94%	86%	de 100 a 60	Eva	
2018-11-23	-%	-%	-%	-%	-%	-%	94%	-		Pau i Eva	100L LHe
2018-11-21	67%	65%	61%	52%	58%	62%	60%	94%	de 180 a 140	Eva	360MHz al 61% per 2a setmana, 600MHz nivell estable
2018-11-14	71%	70%	61%	56%	61%	64%	49%	100%	de 270 a 240	Eva	
2018-11-07	73%	75%	70%	58%	64%	68%	100→78%	100%	de 120 a 80	Pau, Miquel	compte tap de gel al 600, s'ha perdut del 100 al 78?
2018-10-31	76%	79%	77%	62%	67%	73%	52%	56%	de 190 a 150	Pau, Miquel	
2018-10-24	80%	81%	83%	65%	70%	83%	57%	66%	de 300 a 260	Pau	
2018-10-17	82%	84%	90%	68%	73%	85%	62%	75%	de 160 a 120	Pau	Vigilar sensor 250MHz-robot, fa coses rares!
2018-10-10	87%	88%	96%	72%	77%	91%	67%	84%	de 280 a 240	Eva	Vigilar sensor 250MHz-robot, fa coses rares!
2018-10-04	-%	85%	100%	-%	-%	96%	71%	100%	de 100 a 60	Pau i Eva	200L LHe
2018-10-03	90%	60%	60%	74%	80%	62%	62%	58%	de 100 a 60	Pau	360MHz al 60% 4a setmana
2018-09-26	94%	65%	60%	77%	83%	64%	66%	67%	de 200 a 160	Eva	360MHz al 60% 3a setmana
2018-09-19	97%	69%	60%	80%	86%	68%	71%	76%	de 290 a 260	Eva	360MHz al 60% 2a setmana
2018-09-12	98%	74%	60%	84%	84%	72%	74%	84%	de 100 a 60	Pau	360MHz al 60% 1a setmana
2018-09-05	100%	-%	-%	-%	91%	-%	-%	92%		Eva	100L LHe
2018-09-05	61%	78%	69%	86%	59%	78%	78%	62%	de 180 a 140	Eva	
2018-08-29	64%	82%	76%	89%	61%	85%	84%	71%	de 280 a 240	Eva	
2018-08-22	67%	84%	82%	92%	65%	90%	88%	80%	de 110 a 80	Eva	500MHz 4 setmanes al 90%! Controlar sensor LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2018-08-14	70%	89%	90%	96%	68%	90%	94%	89%	de 210 a 170	Miquel	
2018-08-08	72%	92%	95%	98%	70%	90%	94%	96%	de 300 a 260	Eva	
2018-08-08	72%	92%	95%	98%	70%	90%	94%	96%	de 300 a 260	Eva	Vigilar sensor 250MHz-robot, fa coses rares!
2018-08-01	-%	90%	100%	100%	73%	95%	-%	100%		Pau i Eva	200L LHe
2018-07-25	78%	67%	60%	80%	58%	62%	100%	99%	de 300 a 250	Pau	360MHz al 60% 3a setmana
2018-07-18	-%	-%	-%	-%	62%	-%	100%	-%		Pau i Eva	100L LHe
2018-07-18	81%	72%	60%	84%	57%	65%	57%	91%	de 170 a 130	Eva	360MHz 60% 2a setmana
2018-07-11	84%	76%	60%	85%	59%	69%	62%	100%		Pau	
2018-07-05	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%		Pau i Eva	35L LHe, problemes per gel al dewar d'heli
2018-07-04	89%	81%	71%	88%	63%	74%	68%	60%	de 110 a 70	Eva	
2018-06-27	91%	84%	77%	92%	65%	85%	73%	69%	de 180 a 150	Eva	
2018-06-20	96%	88%	83%	96%	68%	90%	77%	78% ???	de 290 a 260	Pau, Eva	
2018-06-13	98%	94%	89%	100%	71%	90%	81%	100%	de 180 a 120	Pau, Eva	100 LHe
2018-06-06	98%	97%	95%	49%	74%	90%	86%	59%	de 270 a 230	Eva	

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2018-05-30	100%	100%	100%	53%	78%	95%	62%	68%	de 150 a 110	Pau, Eva	100L He
2018-05-23	67%	73%	60%	55%	81%	66%	66%	68%	de 240 a 200	Miriam	360MHz a 60% 2a setmana
2018-05-16	70%	78%	60%	58%	83%	71%	70%	77%	de 150 a 110	Eva	360MHz a 60% 1a setmana
2018-05-09	73%	82%	69%	62%	87%	76%	74%	85%	de 240 a 200	Pau	
2018-05-02	76%	85%	76%	65%	88%	85%	78%	93%	de 140 a 100	Eva	
2018-04-26	-%	-%	-%	68%	92%	85%	83%	100%		Pau, Teo i Eva	100L LHe
2018-04-25	79%	89%	82%	54%	58%	85%	83%	78%	de 250 a 200	Miriam	
2018-04-18	82%	96%	89%	59%	61%	90%	88%	94%	de 110 a 160	Pau	Compte mab el sensor del robot, marca casi igual que la setmana passada!
2018-04-11	84%	97%	94%	64%	64%	90%	92%	94%	de 200 a 160	Eva	Compte mab el sensor del robot, marca igual que la setmana passada!
2018-04-05	-	97%	101%	-%	67%	94%	94%	100%		Pau i Eva	200L LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2018-04-04	89%	79%	71%	68%	68%	64%	53%	66%	de 290 a 260	Miriam	
2018-03-28	92%	81%	78%	73%	70%	68%	not measured	75%	de 240 a 200	Pau	
2018-03-23	96%	85%	82%	76%	72%	71%	62%	81%	de 240 a 200	Pau i Eva	
2018-03-15	98%	88%	91%	80%	78%	78%	67%	100%	de 140 a 100	Pau	
2018-03-06	99%	92%	98%	86%	80%	85%	71%	100%	de 250 a 230	Eva	
2018-02-28	100%	100%	100%	88%	-%	-%	74%	100%		Eva i Pau	200L LHe
2018-02-28	68%	77%	60%	49%	82% ¿?	85%	68%	71%		Eva i Pau	compte el 250robot i 500 no mesuren bé. 360MHz al 60% 2a setmana
2018-02-21	72%	80%	60%	52%	81%	90%	72%	81%	290 a 250	Miriam	compte el 250robot i 500 no mesuren bé
2018-02-14	75%	85%	61%	55%	88%	90%	77%	90%	150 a 110	Pau	compte el 250robot i 500 no mesuren bé
2018-02-07	-%	-%	-%	-%	88%	90%	-%	-%		Pau i Eva	100L LHe
2018-02-07	78%	87%	66%	57%	62%	63%	81%	97%	de 280 a 240	Miriam	
2018-01-31	-%	84%	-%	-%	-%	-%	-%	100%		Pau i Eva	100L LHe
2018-01-31	81%	52?%	74%	61%	65%	65%	87%	69%	de 180 a 140	Eva	
2018-01-17	84%	100?%	83%	63%	68%	69%	91%	86%	de 300 a 260	Pau	
2018-01-17	88%	?%	92%	65%	70%	73%	94%	94%	de 180 a 140	Miriam	
2018-01-10	-%	76%	100%	-%	-%	-%	94%	100%		Pau i Eva	200L LHe
2018-01-10	91%	64%	69%	68%	73%	76%	56%	49%	de 260 a 220	Eva	
2018-01-03	96%	68%	78%	71%	78%	80%	62%	58%	de 110 a 80	Pau i Miquel	

2017

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2017-12-27	98%	71%	86%	73%	80%	85%	65%	67%	de 200 a 150	Miriam i Eva	
2017-12-14	100%	-%	100%	-%	-%	-%	73%	84%		Pau i Eva	100L LHe
2017-12-13	64%	79%	61%	78%	87%	90%	55%	81%	de 190 a 150	Miriam	
2017-12-05	67%	83%	72%	81%	88%	90%	61%	91%	de 80 a 280	Eva	Recàrrega del tanc LN2 durant el manteniment
2017-11-29	-%	-%	-%	-%	94%	90%	-%	-%		Pau i Eva	100L LHe
2017-11-29	69%	86%	79%	84%	70%	51%	65%	97%		Pau	
2017-11-23	-%	-%	86%	-%	-%	-%	-%	100%		Pau i Eva	100L LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2017-11-22	73%	90%	61%	87%	73%	55%	69%	65%	de 260 a 240	Miriam	360MHz al 61% per 2a setmana
2017-11-15	76%	94%	61%	89%	78%	59%	73%	75%	de 100 a	Eva	360MHz al 61% per 1a setmana
2017-10-31	82%	100%	78%	95%	83%	62%	82%	93%	de 100 a 65	Miriam	
2017-10-26	-	100%	-	-	-	65%	-	97%		Pau i Eva	100L LHe
2017-10-25	84%	63%	85%	97%	87%	62%	87%	52%	de 170 a 130	Miriam	
2017-10-18	89%	68%	94%	98%	88%	69%	92%	61%	de 270 a	Eva	Controlar nivell LHe 250 robot
2017-10-11	92%	100%	100%	98%	90%	73%	94%	71%	de 150 a 100	Pau i Eva	160L LHe
2017-10-04	96%	70%	60%	61%	56%	76%	94%	80%	de 250 a 210	Eva	360MHz al 60% 1a setmana
2017-09-28	-	-	-	-	-	-	100%	-		Pau, Miriam	100L He
2017-09-27	98%	74%	70%	63%	7%	78%	53%	88%	de 150 a 110	Miriam	
2017-09-20	99%	79%	79%	65%	64%	81%	57%	98%	de 250 a 210	Pau	
2017-09-14	100%	-%	-%	-%	66%	-%	-%	100%		Pau i Miriam	100L He
2017-09-13	61%	82%	88%	67%	61%	85%	63%	50%	de 170 a 130	Miriam	de 170 a 130
2017-09-06	63%	87%	97%	70%	64%	87%	68%	60%	de 260 a	Eva	
2017-09-04	-%	89%	-%	-%	-%	-%	-%	-%		Miquel	
2017-09-01	-%	100%	100%	-%	-%	-%	72%	-%		Pau i Eva	300L He, recàrrega 250ROBOT
2017-08-30	66%	0%	61%	72%	67%	90%	60%	73%	de 140 a 100	Pau	
2017-08-23	69%	0%	61%	74%	70%	90%	64%	81%	de 200 a	Eva	
2017-08-16	73%	0%	67%	77%	72%	90%	68%	89%	de 290 a 250	Miriam	
2017-08-09	76%	0%	76%	79%	76%	94%	72%	97%	de 170 a 130	Miriam	
2017-08-03	-%	-%	-%	-%	79%	97%	-%	100%		Miquel i Eva	100L LHe
2017-08-02	78%	0%	84%	81%	72%	71%	77%	61%	de 260 a	Eva	
2017-07-26	81%	0%	93%	84%	76%	75%	81%	70%	de 120 a 80	Pau	
2017-07-19	-	85%	100%	-%	-%	-%	86%	-%		Pau i Eva	100L LHe
2017-07-19	84%	50%	61%	86%	79%	78%	58%	79%	de 230 a 180	Eva	
2017-07-14	-%	56%	-%	-%	-%	-%	-%	-%		Eva	Control LHe robot
2017-07-13	88%	58%	61%	87%	81%	86%	62%	86%	de 110 a 70	Pau	
2017-07-11	-%	63%	-%	-%	-%	-%	-%	-%		Eva	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2017-07-10	-%	66%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	de 130 a 120	Pau i Eva	El 250MHz-robot estava sec de LN2!
2017-07-05	91%	93%	67%	92%	85%	90%	67%	96%	de 190 a 160	Miriam	

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2017-06-28	-%	98%	-%	-%	88%	90%	72%	100%		Teo i Eva	100L LHe
2017-06-28	95%	60%	76%	94%	62%	90%	72%	57%	de 280 a 250	Miriam i Eva	
2017-06-21	98%	65%	85%	97%	65%	90%	76%	67%	de 160 a 120	Eva	
2017-06-14	99%	69%	?? %	98%	68%	93%	80%	76%	de 250 a 210	Miriam	
2017-06-08	100%	75%	100%	100%	70%	96%	85%	84%	de 160 a 120	Pau,Eva	200L LHe
2017-05-31	71%	73%	61%	54%	74%	62%	90%	94%	de 250 a 210	Eva	360MHZ al 61% per 1a setmana
2017-05-24	-%	-%	71%	-%	-%	-%	-%	100%		Pau i Eva	100L LHe
2017-05-24	74%	78%	61%	56%	78%	62%	94%	61%	de 90 a 50	Eva	360MHZ al 61% per 4a setmana. Nivell del tanc molt baix. Trucar a carburors!
2017-05-17	77%	82%	61%	-%	81%	62%	94%	77%	de 200 a 160	Pau	
2017-05-10	-%	-%	-%	-%	-%	67%	100%	-%		Pau i Eva	100L LHe
2017-05-10	79%	86%	61%	61%	83%	77%	51%	80%	de 290 a 250	Miriam	
2017-05-03	82%	94%	61%	64%	87%	79%	55%	89%	de 200 a 160	Pau	
2017-04-26	87%	100%	61%	66%	88%	83%	60%	97%	de 290 a 250	Miriam	
2017-04-20	91%	100%	-%	-%	90%	-%	-%	100%		Pau i Eva	100L LHe
2017-04-18	88%	78%	68%	68%	78%	86%	65%	49%	de 120 a 90	Eva	
2017-04-18	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	de 140 a 130	Eva	Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres
2017-04-11	91%	84%	75%	71%	81%	87%	69%	61%	de 230 a 200	Miquel i Eva	
2017-04-05	95%	90%	81%	73%	83%	90%	72%	69%	de 315 a 280	Miriam	
2017-03-29	97%	97%	90%	74%	86%	89%	76%	76%	de 100 a 40	Pau	
2017-03-22	99%	100%	94%	77%	88%	90%	80%	88%	de 180 a 130	Eva	
2017-03-16	100%	100%	100%	-%	94%	90%	-%	94%		Pau i Eva	200L LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2017-03-15	76%	77%	61%	80%	65%	57%	86%	79%	de 290 a 250	Miriam	El 360MHz esta al 61% per 4a setmana
2017-03-08	78%	85%	61%	82%	68%	62%	91%	88%	de 120 a	Pau	El 360MHz esta al 61% per 3a setmana
2017-03-01	81%	94%	61%	84%	70%	66%	94%	97%	de 200 a 160	Eva	El 360MHz esta al 61% per 2a setmana
2017-02-24	-%	100%	-%	-%	-%	70%	94%	100%		Pau i Eva	200L LHe
2017-02-23	83%	49%	61%	86%	72%	63%	49%	50%	de x a x	Miriam	
2017-02-15	89%	63%	72%	89%	78%	68%	55%	63%	de 150 a	Eva	
2017-02-08	91%	71%	78%	92%	80%	72%	61%	-%	de 220 a 180	Pau	
2017-02-01	96%	80%	85%	95%	83%	76%	64%	81%	de 290 a 260	Eva	
2017-01-25	98%	90%	91%	97%	87%	79%	68%	89%	de 160 a 130	Miriam	
2017-01-18	99%	99%	97%	98%	88%	84%	74%	96%	de 250 a 210	Pau	Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-12	100%	100%	100%	99%	91%	86%	77%	100%		Eva	200L LHe
2017-01-11	67%	67%	77%	68%	59%	90%	77%	52%	de 80 a 270	Eva	Recàrrega tanc LN2 durant el manteniment
2017-01-04	70%	77%	84%	71%	63%	90%	81%	61%	de 140 a 100	Eva, Míriam	

2016

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2016-12-28	73%	86%	90%	73%	65%	90%	87%	70%	de 230 a 190	Pau, Miquel	
2016-12-21	76%	97%	96%	75%	68%	94%	91%	79%	de 290 a 260	Eva	
2016-12-15	-%	100%	101%	78%	-%	96%	-%	-%		Pau i Eva	200L LHe
2016-12-14	79%	81%	60%	47%	71%	56%	94%	87%	de 110 a xxx	Pau	
2016-12-07	82%	85%	60%	50%	74%	59%	96%	96%	de 190 a 150	Miriam	
2016-11-30	87%	61%	67%	54%	79%	63%	55%	60%	de 280 a 240	Eva	
2016-11-23	89%	65%	73%	56%	81%	65%	61%	69%	de 160 a 120	Pau	
2016-11-18	-%	-%	-%	57%	83%	-%	64%	75%		Pau i Eva	Recàrrega FIELD 400WB 160L

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2016-11-16	93%	69%	80%	55%	73%	68%	53%	75%	de 220 a 180	Eva	
2016-11-09	96%	73%	85%	56%	76%	70%	57%	87%	de 290 a 270	Miriam	
2016-11-04	90%	76%	91%	58%	79%	72%	63%	74%	de 150 a 100	Pau	
2016-10-26	98%	82%	100%	62%	83%	75%	69%	7%	de 200 a 170	Miriam	
2016-10-21	100%	100%	101%	64%	84%	78%	74%	100%	—	Will, Pau i Miquel	200L He
2016-10-19									de 190 a 250	Pau	
2016-10-11	66%	69%	60%	67%	70%	82%	67%	74%	de 150 a 110	Miriam	
2016-10-05	68%	74%	60%	69%	73%	83%	70%	74%	de 220 a 190	Pau	
2016-09-28	72%	79%	71%	71%	78%	83%	74%	89%	de 290 a 260	Eva	
2016-09-21	74%	83%	77%	73%	80%	85%	77%	97%	de 150 a 120	Miriam	
2016-09-14	77%	87%	86%	76%	84%	92%	80%	100%	de 250 a 210	Pau i Eva	100L He
2016-09-07	80%	93%	90%	78%	87%	96%	72%	67%	de 90 a -	Eva	Recàrrega del tanc de LN2 durant el manteniment
2016-08-31	83%	98%	96%	80%	88%	96%	75%	89%	de 150 a 100	Pau	
2016-08-25	-%	100%	100%	-%	88%	98%	-%	-%		Miquel i Eva	En el 400wb s'ha observat "flama", però la lectura del sensor marca 88% com a màxim
2016-08-24	88%	68%	60%	83%	48%	64%	78%	84%	de ? a 200	Miquel i Miriam	
2016-08-17	90%	72%	60%	83%	53%	66%	83%	92%	de 290 a 260	Miquel i Miriam	
2016-08-10	95%	76%	60%	84%	57%	69%	87%	100%	de 120 a 80	Eva	
2016-08-09	-%	-%	61%	-%	57%	-%	-%	100%		Miquel i Eva	200L He
2016-08-03	98%	81%	70%	86%	57%	71%	91%	79%	de 200 a 160	Eva	
2016-07-21	100%	93%	-%	-%	-%	-%	94%	100%		Pau i Eva	200L He
2016-07-20	67%	61%	83%	94%	67%	76%	54%	55%	de 150 a 100	Eva	
2016-07-13	70%	66%	89%	96%	71%	79%	58%	64%	de 200 a 170	Eva	
2016-07-06	73%	70%	95%	98%	75%	82%	63%	74%	de 290 a 250	Eva	

1er semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2016-06-30	-%	-%	100%	100%	-%	-%	-%	79%		Teo i Eva	100L LHe
2016-06-29	77%	75%	72%	50%	80%	83%	67%	76%	de 190 a 150	Eva	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2016-06-22	79%	79%	79%	52%	84%	83%	70%	84%	de 270 a 230	Eva	
2016-06-15	82%	83%	85%	54%	88%	84%	74%	95%	de 135 a 90	Eva	
2016-06-10	89%	86%	89%	56%	93%	86%	78%	100%	de 200 a 160	Pau	160 L He
2016-06-01	90%	94%	98%	59%	74%	96%	57%	59%	de 300 a 260	Eva	
2016-05-27	95%	100%	100%	61%	83%	98%	62%	80%	de 150 a 100	Pau i Eva	100L LHe
2016-05-18	97%	58%	60%	65%	83%	86%	66%	83%	de 220 a 190	Miriam	
2016-05-11	98%	68%	60%	67%	88%	92%	69%	90%		Pau	
2016-05-06	100%	-%	-%	-%	88%	96%	-%	100%		Pau i Eva	200L LHe
2016-05-04	62%	68%	70%	69%	58%	56%	73%	47%	de 120 a 90	Miriam	
2016-04-27	65%	72%	%	72%	61%	60%	76%	55%	de 200 a 160	Eva	
2016-04-20	68%	77%	82%	74%	66%	65%	80%	69%	de 300 a 270	pau	
2016-04-13	71%	81%	89%	76%	-%	68%	85%	77%	de 140 a 100	Miriam	
2016-04-06	74%	85%	95%	78%	-%	72%	89%	91%	de 225 a 190	Eva	
2016-03-30	77%	91%	101%	81%	-%	77%	92%	100%	de 300 a 260	Pau i Eva	100L He
2016-03-23	80%	96%	60%	83%	-%	79%	94%	85%	de 125 a 90	Miquel i Eva	360MHz al 60% per 2a setmana
2016-03-16	83%	100%	60%	84%	88%	83%	94%	94%	de 210 a 170	Eva	360MHz al 60% per 1a setmana
2016-03-10	88%	100%	70%	87%	88%	84%	100%	100%	de 300 a 250	Pau i Eva	
2016-03-02	91%	83%	77%	89%	73%	88%	80%	67%	de 110 a 80	Miriam	
2016-02-23	93%	87%	83%	93%	78%	91%	84%	76%	de 200 a 150	Pau	
2016-02-17	98%	93%	90%	96%	82%	95%	88%	83%	de 280 a 240	Miriam	
2016-02-10	98%	99%	97%	98%	87%	98%	92%	92%	de 200 a 150	Eva	
2016-02-04	100%	100%	97%	100%	88%	98%	94%	97%	—	Pau i Eva	200L LHe
2016-01-28	-%	100%	65%	-%	-%	-%	94%	100%	—	Pau i Eva	200L LHe
2016-01-27	83%	63%	60%	75%	52%	84%	54%	47%	290(*)	Eva	El 360MHz està al 60% per 1a setmana. Han omplert el tanc durant el manteniment. (*)Nivell al acabar el manteniment
2016-01-20	88%	67%	68%	77%	55%	86%	57%	56%	de 150 a 110	Miriam	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2016-01-13	91%	72%	75%	79%	60%	88%	62%	70%	de 230 a 200	Eva	
2016-01-05	95%	77%	82%	81%	64%	91%	66%	79%	—	Miquel i Eva	Han omplert el tanc de LN2 durant la recàrrega dels imants. Al final del manteniment el nivell era 280

2015

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2015-12-29	98%	82%	89%	84%	68%	96%	69%	87%	230 a 195	Pau i Miriam	
2015-12-22	89%	86%	95%	85%	72%	97%	73%	95%	130 a 100	Pau	
2015-12-17	98%	91%	101%	-%	76%	98%	-%	100%		Pau i Eva	200L LHe
2015-12-16	89%	74%	68%	87%	70%	56%	76%	47%	210 a 170	Eva	
2015-12-09	92%	79%	74%	92%	75%	61%	79%	56%	280 a 240	Miriam	
2015-12-02	96%	83%	81%	94%	80%	66%	84%	63%	120 a 70	Pau	
2015-11-25	98% ¿?	86%	87%	96%	83%	69%	88%	74%	200 a 160	Eva	el 250MHz auto marca 98% quant la setmana passada marcava 90% ¿?
2015-11-19	90%	92%	93%	98%	88%	73%	91%	82%	280 a 240	Miriam	
2015-11-12	100%	97%	100%	98%	88%	77%	-%	100%		Pau i Eva	
2015-11-04	70%	90%	95%	80%	78%	78%	94%	67%	160 a 120	Eva	
2015-10-29	-%	94%	100%	-%	-%	-%	100%	74%		Pau i Eva	200L LHe
2015-10-21	76%	62%	60%	83%	83%	84%	55%	76%	140 a 80	Pau	
2015-10-14	79%	66%	60%	84%	87%	85%	59%	81%	190 a 160	Eva	
2015-10-07	82%	70%	60%	85%	88%	86%	63%	88%	280 a 250	Miriam	
2015-10-30	85%	75%	67%	90%	90%	89%	67%	100%	190 a 150	Pau, Eva	200 L He
2015-09-23	89%	79%	74%	92%	58%	63%	55%	67%	220 a 180	Eva	
2015-09-16	92%	82%	80%	94%	61%	67%	58%	76%	300 a 270	Miriam	
2015-09-14	92%	83%	82%	96%	62%	68%	60%	78%	180 a 130	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2015-09-02	98%	92%	93%	98%	67%	75%	66%	95%	230 a 190	Eva	
2015-08-26	100%	96%	100%	98%	-%	79%	-%	100%		Miquel i Eva	200L LHe
2015-08-26	61%	59%	74%	67%	72%	70%	70%	70%	300 a 250	Eva	
2015-08-19	64%	63%	80%	69%	74%	72%	73%	80%	140 a 80	Miriam	
2015-08-12	67%	67%	87%	71%	79%	75%	77%	88%	220 a 170	Miriam	
2015-08-05	70%	71%	94%	74%	81%	77%	80%	96%	300 a 250	Eva	
2015-07-29	-%	100%	100%	-%	84%	-%	-%	100%		Pau i Eva	160L LHe
2015-07-29	73%	58%	60%	76%	57%	80%	85%	70%	140 a 90	Miriam	
2015-07-15	79%	66%	60%	82%	63%	86%	93%	89%	290 a 250	Eva	
2015-07-09	82%	70%	61%	82%	66%	87%	94%	98%	180 a 130	Pau	
2015-07-02	-%	-%	-%	-%	-%	94%	94%	100%		Pau i Eva	200L LHe
2015-07-01	85%	74%	71%	83%	68%	57%	66 %	62%	190 a 150	Eva	

1er semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2015-06-30	-%	-%	-%	-%	-%	-%	- %	-%	220 a 200	Eva	Manteniment en dimarts per tornar a la normalitat
2015-06-26	89%	77%	76%	83%	70%	59%	69 %	68%	300 a 240	Pau	
2015-06-17	92%	82%	83%	91%	73%	63%	72 %	78%	170 a 130	Miriam	
2015-06-10	96%	86%	90%	94%	78%	66%	77 %	87%	230 a 190	Eva	
2015-06-03	%	%	97%	98%	80%	68%	80 %	95%	300 a 260	Pau	
2015-05-29	100%	100%	100%	100%	82%	-%	-%	100%	—	Miquel, Eva	200L LHe
2015-05-27	67%	67%	68%	67%	67%	71%	85%	61%	140 a 100	Pau	
2015-05-20	70%	71%	75%	71%	70%	74%	89%	70%	?	Pau	
2015-05-13	73%	75%	82%	74%	72%	76%	92%	78%	90 a 260	Miriam	han omplert tanc durant manteniment
2015-05-06	76%	79%	88%	76%	76%	79%	94%	86%	180 a 125	Miriam	
2015-04-29	79%	83%	95%	79%	79%	82%	94%	95%	248 a 205	Miriam	
2015-04-22	-%	100%	100%	-%	82%	-%	100%	100%		Pau i Eva	200L LHe
2015-04-22	82%	66%	67%	83%	73%	87%	58%	72%		Eva	
2015-04-15	85%	70%	73%	84%	77%	90%	62%	85%		Eva	
2015-04-08	89%	74%	80%	86%	80%	95%	66%	93%		Eva	
2015-04-01	92%	78%	86%	91%	82%	98%	69%	100%		Miriam	
2015-03-25	95%	84%	94%	96%	84%	100%	73%	100%		Pau	100L He
2015-03-18	98%	86%	97%	98%	74%	62%	76%	93%		Eva	
2015-03-11	100%	100%	100%	100%	78%	67%	80%	100%		Pau i Eva	200L LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	N2tanc	Responsable(s)	Observacions
2015-03-11	57%	55%	77%	52%	78%	67%	80%	64%		Miriam	
2015-03-04	61%	60%	82%	55%	81%	70%	85%	65%		Pau	
2015-02-25	63%	64%	87%	58%	84%	74%	89%	83%		Eva	
2015-02-18	67%	68%	92%	62%	88%	78%	92%	91%		Miriam	
2015-02-11	70%	72%	96%	64%	88%	83%	94%	97%		Pau	
2015-02-06	-%	-%	100%	-%	88%	89%	-%	100%		Pau i Eva	200L LHe, + recàrrega 400WB
2015-02-04	72%	76%	60%	67%	48%	68%	94%	82%		Eva	
2015-01-28	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	-%		Pau	100L He
2015-01-28	76%	81%	60%	70%	51%	71	50%	91%		Miriam	
2015-01-22	78%	84%	60%	73%	53%	73%	54%	100%		Pau	100L He
2015-01-14	82%	57%	66%	76%	56%	76%	58%	70%		Eva	
2015-01-07	85%	62%	71%	79%	59%	79%	62%	78%		Miriam	

2014

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2014-12-31	89%	66%	76%	83%	62%	82%	67%	86%	Eva i Miquel	
2014-12-24	92%	70%	80%	84%	65%	85%	69%	94%	Eva i Miriam	
2014-12-17	96%	73%	85%	85%	68%	89%	73%	100%	Pau	
2014-12-11	99%	-%	89%	90%	70%	93%	76%	100%	Pau i Eva	100LHe
2014-12-10	63%	78%	83%	90%	70%	93%	76%	50%	Eva	
2014-12-03	66%	81%	87%	93%	73%	95%	80%	65%	Pau	
2014-11-26	69%	85%	92%	96%	77%	97%	85%	84%	Eva	
2014-11-14	-%	-%	101%	98%	81%	98%	-%	100%	Pau, Eva	200L He
2014-11-12	78%	94%	86%	58%	53%	59%	92%	72%	Eva	
2014-11-05	80%	99%	91%	61%	55%	63%	94%	81%	Pau	
2014-10-29	84%	100%	96%	64%	58%	66%	94%	90%	Eva	
2014-10-23	88%	100%	100%	67%	61%	68%	100%	100%	Pau, Eva	200L He
2014-10-15	91%	62%	60%	67%	64%	71%	63%	87%	Eva	
2014-10-08	95%	66%	68%	70%	67%	73%	66%	95%	Eva	
2014-10-01	98%	70%	73%	72%	69%	76%	70%	100%	Pau	
2014-09-25	99%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L He
2014-09-23	61%	73%	79%	74%	72%	79%	74%	74%	Eva	
2014-09-17	63%	76%	83%	75%	75%	81%	77%	90%	Pau	100L He
2014-09-10	67%	80%	66%	77%	57%	85%	80%	97%	Eva	
2014-09-04	-%	83%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Miquel	
2014-09-03	70%	60%	70%	79%	60%	89%	86%	59%	Miquel, Pau	
2014-08-27	73%	67%	76%	81%	64%	92%	90%	69%	Miquel	
2014-08-20	76%	72%	80%	83%	66%	95%	92%	78%	Eva	
2014-08-13	78%	78%	85%	84%	69%	97%	94%	86%	Eva	
2014-08-05	81%	84%	90%	85%	72%	98%	94%	94%	Eva	
2014-08-01	-%	89%	-%	-%	74%	98%	94%	100%	Pau, Eva	100L He
2014-07-30	84%	71%	94%	89%	76%	75%	81%	100%	Eva	
2014-07-25	-%	-%	100%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L He

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2014-07-23	89%	79%	77%	91%	79%	77%	86%	56%	Eva	
2014-07-16	91%	83%	82%	94%	82%	80%	90%	64%	Pau	
2014-07-09	96%	87%	87%	96%	84%	84%	93%	80%	Eva	
2014-07-02	98%	92%	91%	98%	88%	88%	94%	89%	Eva	

1er semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2014-06-20	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100%	100%	Pau i Eva	200L heli, sobres de la càrrega del 360MHz
2014-06-18	62%	68%	-%	54%	61%	94%	89%	51%	Eva	
2014-06-11	65%	72%	-%	56%	64%	96%	92%	60%	Eva	
2014-06-04	67%	76%	-%	57%	67%	98%	94%	69%	Eva	
2014-05-28	70%	80%	-%	60%	69%	98%	97%	77%	Pau, Miquel	100L He
2014-05-22	-%	-%	-%	-%	-%	-%	97%	-	Pau, Miquel	100L He
2014-05-14	61%	89%	-%	53%	76%	56%	54%	94%	Miriam	
2014-05-08	-%	100%	-%	55%	-%	-%	-%	100%	Pau i Miquel	100L He
2014-05-07	64%	51%	-%	52%	79%	60%	57%	61%	Pau	
2014-04-30	67%	57%	-%	54%	81%	65%	62%	70%	Miriam	
2014-04-23	70%	61%	-%	56%	84%	69%	66%	78%	Pau	
2014-04-16	73%	64%	-%	57%	88%	73%	69%	86%	Miquel i Miriam	
2014-04-04	-%	-%	-%	62%	88%	-%	-%	100%	Pau i Eva	100L He
2014-04-02	79%	72%	-%	59%	57%	82%	76%	78%	Eva	
2014-03-28	81%	75%	-%	61%	59%	84%	78%	84%	Miriam	
2014-03-19	-%	-%	-%	-%	-%	91%	-%	100%	Miquel, Eva	100L He
2014-03-19	85%	80%	-%	64%	63%	56%	85%	66%	Miriam, Eva	
2014-03-12	89%	84%	-%	66%	66%	60%	88%	76%	Eva	
2014-03-06	-%	-%	-%	-%	-%	-%	91%	-%	Pau i Eva	100L He
2014-03-05	92%	89%	-%	67%	69%	64%	56%	84%	Miriam	
2014-02-26	96%	93%	-%	69%	71%	68%	60%	92%	Pau	
2014-02-19	98%	98%	-%	71%	74%	72%	64%	100%	Eva	
2014-02-13	100%	100%	-%	73%	78%	78%	67%	100%	Pau i Eva	100L He
2014-02-12	75%	65%	-%	73%	78%	63%	67%	76%	Miriam	
2014-02-05	78%	68%	-%	74%	81%	66%	71%	84%	Pau	
2014-01-29	81%	72%	-%	76%	83%	70%	74%	92%	Eva	
2014-01-23	-%	-%	-%	-%	87%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L He
2014-01-22	84%	76%	-%	78%	74%	74%	78%	53%	Miriam	
2014-01-15	89%	80%	-%	80%	78%	78%	82%	70%	Pau	
2014-01-08	92%	84%	-%	82%	81%	83%	86%	79%	Eva	

2013

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2013-12-31	97%	90%	57%	83%	84%	89%	91%	88%	Miquel, Eva	COMPTE! El 360 no té camp!!!
2013-12-24	98%	94%	60%	84%	88%	93%	94%	96%	Miriam	COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!! 3a setmana
2013-12-18	-%	-%	60%	-%	-%	-%	94%	100%	Pau i Eva	100L LHe. COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!!
2013-12-18	99%	99%	60%	85%	88%	97%	62%	93%	Eva	COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!! 2a setmana
2013-12-13	100%	100%	60%	-%	88%	98%	65%	100%	Pau, Eva	200L LHe. COMPTE! El sensor del 360 torna ha estar bloquejat al 60%!!!
2013-12-12	75%	80%	-%	87%	51%	53%	62%	82%	Pau	
2013-12-05	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L LHe
2013-12-04	78%	84%	15%	91%	54%	57%	66%	61%	Miriam	
2013-11-27	81%	90%	33%	93%	56%	61%	70%	70%	Eva	
2013-11-20	84%	93%	49%	95%	59%	66%	75%	82%	Pau	
2013-11-13	89%	98%	67%	98%	62%	70%	77%	90%	Miriam	
2013-10-31	95%	100%	100%	100%	68%	77%	84%	100%	pau	200L He
2013-10-23	98%	62%	72%	58%	66%	82%	88%	71%	Miriam	
2013-10-16	99%	66%	90%	61%	68%	87%	92%	80%	Eva	
2013-10-11	100%	-%	100%	-%	71%	-%	-%	-%	Pau, Eva	100L He
2013-10-09	49%	69%	60%	62%	59%	90%	94%	93%	Pau	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2013-10-04	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-%	100%	100%	Pau, Eva	200L He
2013-10-02	55%	73%	60%	64%	62%	94%	50%	72%	Miriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-09-26	-%	77%	-%	-%	-%	100%	-%	82%	Pau, Eva	120L He
2013-09-25	58%	57%	60%	65%	66%	48%	54%	58%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-09-18	61%	61%	67%	67%	68%	52%	57%	66%	Pau	
2013-09-10	65%	67%	78%	70%	71%	56%	62%	78%	Eva	
2013-09-04	67%	70%	86%	71%	73%	60%	65%	95%	Miriam	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2013-08-28	70%	74%	97%	73%	78%	65%	68%	100%	Pau, Miquel	
2013-08-23	-%	-%	100%	-%	-%	69%	-%	100%	Miquel, Miriam	
2013-08-21	73%	78%	66%	74%	80%	69%	72%	79%	Miquel, Miriam	
2013-08-14	76%	82%	76%	76%	82%	71%	76%	87%	Miquel, Miriam	
2013-08-07	79%	86%	86%	78%	86%	74%	79%	95%	Eva	
2013-08-01	82%	91%	94%	79%	88%	76%	84%	100%	Eva	
2013-07-26	-%	-%	100%	-%	94%	-%	-%	100%	Pau i Eva	100L He
2013-07-24	85%	96%	60%	81%	73%	79%	88%	96%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana. El sensor de LHE del robot marca més que la setmana passada?
2013-07-17	89%	95%	70%	83%	76%	82%	91%	100%	Pau	
2013-07-12	-%	100%	-%	-%	-%	-%	93%	100%	Pau, Eva	100L He
2013-07-10	92%	51%	80%	83%	80%	86%	76%	93%	Miriam	El valor del 250robot és una estimació
2013-07-04	-%	-%	88%	-%	-%	-%	-%	100%	Teo, Eva	100L He
2013-07-03	96%	56%	60%	84%	82%	89%	80%	62%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana

1er semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2013-06-26	98%	61%	60%	85%	86%	93%	85%	78%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-06-19	99%	64%	60%	87%	88%	95%	88%	94%	Miriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-06-14	100%	68%	72%	91%	88%	97%	92%	100%	Pau, Eva	100L He
2013-06-05	59%	73%	83%	93%	69%	98%	94%	100%	Eva	
2013-05-31	-%	-%	90%	-%	-%	100%	-%	100%	Pau i Eva	1/2 200L He
2013-05-29	62%	76%	60%	95%	71%	57%	94%	67%	Miriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-05-09	68%	84%	60%	98%	78%	63%	52%	48%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-05-09	-%	-%	-%	98%	-%	-%	-%	68%	Pau, Eva	1/2 100L He
2013-05-08	71%	90%	70%	58%	81%	66%	55%	53%	Miriam	
2013-05-02	74%	94%	76%	59%	83%	68%	58%	68%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2013-04-24	77%	100%	84%	62%	87%	71%	63%	89%	Eva	
2013-04-19	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	94%	Pau i Miquel	1/2 100L He
2013-04-17	80%	100%	90%	64%	90%	73%	67%	82%	Míriam	
2013-04-11	-%	100%	-%	-%	93%	-%	-%	88%	Pau i Eva	100L He
2013-04-10	83%	68%	96%	65%	55%	76%	70%	84%	Pau	
2013-04-05	-%	-%	100%	-%	-%	-%	-%	90%	Pau, Eva	100L He
2013-04-03	87%	72%	60%	67%	58%	78%	74%	66%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2013-03-27	90%	76%	60%	69%	60%	81%	77%	75%	Míriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-03-21	93%	79%	60%	70%	63%	85%	80%	83%	Pau	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-03-13	97%	84%	71%	73%	66%	86%	86%	96%	Eva	
2013-03-07	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau i Eva	100L He
2013-03-06	57%	89%	77%	74%	70%	86%	89%	62%	Míriam	
2013-02-27	60%	94%	84%	-%	73%	86%	93%	76%	Pau	
2013-02-20	63%	99%	90%	78%	76%	87%	94%	86%	Eva	
2013-02-13	66%	100%	97%	79%	80%	91%	94%	100%	Míriam	
2013-02-06	69%	100%	100%	81%	82%	86%	100%	100%	Eva, Pau	200L He
2013-02-01	-%	-%	87%	-%	-%	68%	-%	-%	Eva, Pau	100L He
2013-01-30	73%	61%	60%	83%	65%	48%	73%	82%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 4a setmana
2013-01-25	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	88%	Eva, Pau	60L He
2013-01-23	75%	64%	60%	84%	67%	52%	76%	54%	Míriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2013-01-16	79%	69%	60%	85%	70%	55%	82%	65%	Pau	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2013-01-09	82%	73%	60%	87%	73%	58%	85%	77%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2013-01-02	84%	77%	70%	90%	77%	63%	88%	85%	Miquel, Míriam	Bon Any Nou 😊😊

2012

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2012-12-26	89%	81%	77%	93%	80%	66%	92%	98%	Pau, Silvia	Bon nadal!
2012-12-20	91%	84%	82%	95%	82%	69%	94%	100%	Pau	60L He
2012-12-05	98%	94%	96%	98%	88%	77%	100%	96%	Miriam	
2012-11-26	100%	-%	100%	100%	88%	-%	100%	100%	Pau, Eva	120L+120L, recàrrega de camp 400WB LHe
2012-11-21	63%	100%	70%	56%	87%	89%	93%	97%	Eva	
2012-11-16	-%	100%	75%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L LHe
2012-11-13	67%	57%	60%	58%	88%	92%	94%	73%	Miriam	
2012-11-08	-%	-%	-%	-%	89%	-%	-%	78%	Pau, Eva	100L LHe
2012-11-07	70%	60%	65%	60%	49%	95%	97%	63%	Pau	
2012-10-31	72%	64%	72%	62%	52%	97%	100%	72%	Eva	
2012-10-25	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	-%	Pau,Eva	100L LHe
2012-10-24	76%	68%	79%	64%	55%	98%	57%	80%	Miriam	
2012-10-18	-%	-%	-%	-%	-%	100%	-%	87%	Pau, Eva	100L LHe
2012-10-18	78%	71%	84%	65%	58%	54%	61%	59%	Pau	
2012-10-10	81%	76%	92%	67%	61%	57%	63%	70%	Pau	
2012-10-03	84%	80%	97%	69%	64%	60%	68%	84%	Miriam	
2012-09-28	-%	-%	100%	-%	-%	-%	-%	88%	Pau, Eva	100L LHe
2012-09-26	88%	83%	60%	71%	67%	63%	72%	65%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-09-19	91%	89%	60%	73%	69%	66%	75%	80%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-09-13	-%	-%	-%	-%	-%	-%	78%	-%	Pau, Eva	60L LHe
2012-09-12	96%	93%	60%	74%	72%	69%	62%	88%	Miriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-09-05	98%	98%	65%	76%	75%	71%	67%	95%	Eva	
2012-08-29	99%	100%	72%	78%	79%	74%	70%	100%	Pau	
2012-08-22	100%	100%	-%	80%	-%	-%	-%	100%	Miriam, Eva	100L LHe
2012-08-22	75%	70%	79%	67%	81%	76%	73%	78%	Eva	
2012-08-14	78%	75%	86%	69%	84%	79%	77%	89%	Miquel, Miriam	Missatge d'error lectura nivell He 600: reiniciat consola i ajustat connector del sensor He (flux)
2012-08-08	81%	78%	92%	71%	88%	82%	80%	97%	Eva	
2012-08-01	83%	82%	97%	72%	88%	85%	85%	100%	Eva	
2012-07-27	-%	85%	100%	-%	100%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2012-07-25	88%	85%	60%	74%	72%	89%	89%	95%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-07-20	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	60L LHe
2012-07-18	91%	91%	60%	76%	75%	92%	92%	85%	Miriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-07-11	95%	97%	60%	77%	79%	94%	94%	100%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-07-06	97%	100%	67%	78%	80%	96%	94%	100%	Pau, Eva	100L LHe

1er semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2012-06-27	98%	56%	70%	81%	84%	98%	100%	80%	Eva	
2012-06-21	100%	61%	76%	83%	87%	100%	100%	88%	Pau, Eva	200L LHe
2012-06-20	61%	61%	76%	83%	65%	58%	53%	88%	Pau	
2012-06-13	64%	66%	83%	83%	68%	62%	57%	100%	Eva	
2012-06-06	66%	70%	89%	84%	70%	65%	61%	100%	Pau	100L LHe
2012-05-30	70%	76%	60%	85%	73%	69%	65%	77%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-05-16	76%	85%	69%	91%	80%	75%	73%	93%	Eva	
2012-05-09	78%	91%	75%	93%	82%	78%	76%	100%	Pau, Eva	100L LHe
2012-05-02	66%	97%	82%	96%	85%	82%	75%	72%	Eva	
2012-04-25	69%	100%	88%	96%	88%	89%	78%	79%	Pau, Eva	100L LHe
2012-04-19	-%	-%	-%	-%	88%	-%	82%	-%	Pau, Eva	100L LHe
2012-04-18	72%	53%	95%	98%	51%	52%	49%	88%	Eva	
2012-04-11	-%	-%	100%	100%	-%	-%	-%	-%	Pau, Eva	100L LHe
2012-04-11	75%	59%	60%	49%	54%	54%	54%	100%	Pau	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-04-04	-%	-%	-%	-%	-%	-%	57%	100%	Pau, Eva	100L LHe
2012-04-04	78%	64%	60%	51%	57%	57%	50%	54%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-03-28	81%	70%	60%	53%	60%	59%	54%	63%	Miriam	
2012-03-21	84%	-%	67%	54%	63%	63%	58%	75%	Eva	
2012-03-14	80%	88%	74%	56%	66%	65%	62%	85%	Pau	
2012-03-07	91%	84%	81%	58%	69%	68%	65%	97%	Miriam	
2012-03-02	93%	89%	85%	59%	70%	70%	68%	100%	Pau, Eva	100L LHe
2012-02-22	98%	97%	94%	62%	74%	73%	56%	70%	Eva	
2012-02-15	98%	100%	98%	64%	78%	75%	60%	82%	Miriam	
2012-02-09	100%	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	Pau, Eva	100L LHe

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2012-02-08	61%	41%	60%	67%	81%	78%	63%	91%	Pau	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-02-01	65%	46%	60%	69%	83%	80%	67%	100%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-01-26	-%	-%	66%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L LHe
2012-01-25	68%	51%	60%	70%	87%	84%	71%	54%	Miriam	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 3a setmana
2012-01-18	72%	58%	60%	72%	88%	88%	74%	62%	Pau	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 2a setmana
2012-01-12	-%	-%	-%	-%	100%	-%	-%	73%	Pau, Eva	100L LHe
2012-01-11	75%	63%	60%	74%	48%	90%	78%	47%	Eva	COMPTE! nivell 360 MHz al 60% 1a setmana
2012-01-04	77%	68%	69%	76%	52%	94%	81%	56%	Miquel, Eva	

2011

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2011-12-28	80%	73%	74%	77%	54%	97%	86%	65%	Miquel, Míriam	
2011-12-21	83%	80%	79%	79%	57%	98%	90%	75%	Pau	
2011-12-14	-%	-%	-%	-%	-%	100%	-%	86%	Eva	100L LHE
2011-12-14	87%	83%	83%	81%	60%	47%	93%	58%	Eva	
2011-11-30	95%	94%	93%	84%	66%	52%	94%	81%	Eva	
2011-11-25	97%	98%	97%	84%	68%	54%	100%	89%	Pau	
2011-11-18	-%	100%	100%	-%	-%	-%	-%	97%	Miquel, Eva	
2011-11-17	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	-%	Miquel, Eva	
2011-11-16	98%	50%	74%	85%	71%	57%	47%	81%	Eva	
2011-11-04	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L LHE
2011-11-02	43%	61%	84%	92%	78%	63%	55%	68%	Eva	
2011-10-26	46%	66%	89%	94%	81%	65%	58%	76%	Míriam	
2011-10-10	54%	76%	99%	98%	88%	71%	67%	95%	Eva	Dimarts!
2011-10-06	-%	-%	100%	-%	-%	-%	-%	100%	Teo i Josep, 100L He	100L LHE
2011-10-05	56%	79%	60%	98%	88%	73%	70%	60%	Míriam	3a setmana que el 360 està a 60%, estimat 50%
2011-09-30	58%	82%	60%	98%	90%	75%	72%	66%	Míriam	2a setmana que el 360 està a 60%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2011-09-29	-%	-%	-%	100%	100%	-%	-%	67%	Pau, 100L He	100L LHE
2011-09-21	62%	89%	60%	53%	52%	78%	77%	75%	Pau	
2011-09-14	65%	93%	69%	55%	55%	81%	80%	89%	Eva	
2011-09-09	-%	-%	-%	-%	-%	-%	84%	97%	Pau, Miquel	2x60L He. Un dels dewars tenia un tap de gel i part del contingut de LHE s'ha evaporat en desfer-lo.
2011-09-07	67%	96%	72%	56%	56%	83%	53%	65%	Míriam	Els nivells corresponen al dia 2011-09-09
2011-08-31	71%	100%	79%	58%	60%	89%	58%	76%	Pau	
2011-08-24	-%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Miquel, Eva	100L LHE
2011-08-24	74%	63%	83%	61%	63%	92%	63%	52%	Eva	
2011-08-17	77%	67%	88%	63%	66%	94%	66%	65%	Míriam	
2011-08-10	80%	71%	93%	65%	69%	97%	70%	74%	Pau	
2011-08-03	82%	76%	97%	66%	71%	99%	73%	83%	Eva	
2011-07-29	-%	-%	100%	-%	-%	100%	-%	93%	Pau, Eva	2x60L He
2011-07-27	86%	79%	60%	68%	74%	55%	77%	80%	Pau	
2011-07-20	89%	84%	66%	70%	78%	58%	80%	96%	Míriam	
2011-07-15	-%	-%	-%	-%	-%	63%	-%	100%	Pau, Eva	100L LHE
2011-07-13	92%	89%	71%	71%	81%	55%	85%	54%	Eva	
2011-07-06	96%	93%	¿?%	73%	84%	58%	89%	68%	Pau	no he pogut fer la lectura del 360 (avaria bsms)

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2011-06-29	98%	99%	81%	75%	87%	60%	93%	76%	Eva	
2011-06-22	99%	100%	86%	76%	88%	64%	94%	??%	Pau	No he pogut fer la lectura del DNP perquè estava fent una neteja
2011-06-16	100%	100%	-%	-%	100%	-%	-%	97%	Pau, Miriam	100L + 100L Heli
2011-06-15	52%	45%	91%	78%	52%	67%	94%	52%	Miriam	
2011-06-08	55%	49%	96%	79%	55%	69%	100%	64%	Eva	
2011-06-02	-%	-%	98%	-%	-%	-%	100%	76%	Pau, Josep	100L + 60L Heli
2011-06-01	58%	54%	60%	81%	57%	72%	51%	68%	Pau	COMPTE! nivell del 360 al 60%, 3a setmana

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2011-05-25	7%	61%	60%	83%	60%	75%	54%	82%	Miriam	COMPTE! nivell del 360 al 60%, 2a setmana
2011-05-18	64%	64%	60%	84%	64%	77%	58%	94%	Eva	COMPTE! nivell del 360 al 60%, 1a setmana
2011-05-11	67%	69%	68%	84%	66%	79%	62%	100%	Pau, Eva	100L LHE
2011-05-04	70%	73%	60%	86%	69%	82%	66%	73%	Miriam	
2011-04-27	72%	77%	60%	88%	72%	85%	70%	82%	Eva	
2011-04-20	76%	81%	66%	92%	74%	89%	73%	100%	Pau	
2011-04-13	-%	-%	67%	-%	-%	-%	-%	100%	Pau, Eva	100L LHE
2011-04-13	78%	85%	60%	94%	78%	93%	76%	58%	Miriam	
2011-04-06	81%	91%	66%	96%	81%	95%	80%	71%	Eva	
2011-03-30	84%	99%	68%	98%	83%	97%	85%	100%	Pau	
2011-03-30	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Eva, Miquel	100L LHE per salvar d'un quench el DNP (tècnic d'Oxford Inst.)
2011-03-30	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	13%	Eva, Miquel	Consum disparat del DNP per error del tècnic d'Oxford Inst.
2011-03-23	89%	100%	74%	98%	88%	99%	89%	92%	Eva	
2011-03-17	-%	-%	-%	-%	91%	-%	-%	100%	Miquel, Eva	100L LHE
2011-03-16	-%	-%	-%	100%	-%	100%	91%	81%	Pau, Eva	100L LHE
2011-03-16	91%	100%	79%	54%	69%	61%	47%	66%	Miriam	250robot refredat i amb camp
2011-03-14	-	100%	-	-	-	-	-	-	Òscar-Bruker	50L LHE
2011-03-10	-	100%	-	-	-	-	-	-	Nicola-Bruker	150L LHE
2011-03-09	96%	0%	85%	56%	72%	65%	50%	84%	Pau	250robot escalfat. Solucionant avaria
2011-03-02	98%	0%	91%	58%	74%	67%	54%	100%	Miriam	250robot escalfat. Solucionant avaria
2011-02-23	-	100%	-	-	-	70%	-	100%	Pau, Eva	100L LHE
2011-02-23	99%	97%	96%	60%	78%	54%	57%	31%	Eva	Control del 250robot
2011-02-16	100%	100%	100%	62%	80%	56%	62%	53%	Miriam	Control del 250robot
2011-02-15	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	Pau, Eva	100L LHE
2011-02-14	-	-	-	-	82%	-	-	-	Miquel	Recàrrega de camp del 400wb
2011-02-11	-	-	-	-	97%	-	66%	-	Pau, Eva	100L LHE

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2011-02-09	57%	60%	60%	64%	48%	58%	47%	70%	Pau	Control del 250robot
2011-02-02	60%	65%	65%	66%	51%	62%	50%	86%	Eva	Control del 250robot
2011-01-20	63%	70%	68%	67%	54%	65%	53%	98%	Miriam	Control del 250robot
2011-01-20	-	-	-	-	-	67%	-	100%	Pau, Eva	100L LHE
2011-01-20	66%	74%	71%	69%	57%	50%	56%	39%	Pau	Control del 250robot
2011-01-12	69%	80%	78%	72%	60%	53%	62%	72%	Eva	Control del 250robot
2011-01-07	71%	83%	82%	73%	63%	54%	64%	-%	Pau	Control del 250robot
2011-01-03	73%	86%	86%	74%	65%	56%	66%	92%	Míriam, Miquel	Control del 250robot

2010

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2010-12-29	-%	-%	-%	-%	-%	-%	70%	100%	Miquel, Eva	100L He
2010-12-29	75%	90%	90%	75%	67%	58%	50%	62%	Miquel, Eva	Control del 250robot
2010-12-22	77%	93%	94%	76%	70%	60%	54%	73%	Pau	Control del 250robot
2010-12-16	-	100%	100%	79%	73%	-	-	100%	Pau, Eva	200L He
2010-12-15	80%	60%	65%	53%	45%	?%	57%	33%	Miriam	Control del 250robot
2010-12-09	84%	64%	63%	54%	48%	66%	61%	55%	Pau	Control del 250robot
2010-12-01	87%	71%	73%	56%	52%	69%	65%	70%	Eva	Control del 250robot
2010-11-29	-%	73%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	Pau	Control del 250robot
2010-11-24	90%	78%	79%	57%	55%	72%	69%	93%	Pau	Control del 250robot
2010-11-23	-%	80%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	Pau	Control del 250robot. Avui tornava a haver-hi gel a la torre (no gaire, pero suficient per fer un minitap)...

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2010-11-22	-%	81%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	Pau, Eva	El 250robot gasta el triple que de costum! hi havia una mica de gel a la torre d'heli, a veure si al treure'l s'estabilitza el consum als nivells habituals
2010-11-17	-%	-%	-%	59%	-%	-%	-%	100%	Pau	100L He
2010-11-17	94%	91%	85%	49%	58%	74%	72%	36%	Pau	
2010-11-10	97%	98%	91%	51%	61%	76%	75%	58%	Eva	
2010-11-05	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	69%	Pau, Eva	S'ha perdut la meitat del dewar d'He. Hem omplert aproximadament amb 32L el DNP
2010-11-03	99%	100%	96%	53%	65%	79%	79%	36%	Miriam, Eva	
2010-10-27	100%	100%	100%	55%	68%	83%	84%	48%	pau, sergi	100L He pel 360 i 250s
2010-10-20	59%	57%	60%	52%	71%	85%	88%	62%	Pau	nivell estimat 360: 50%
2010-10-13	62%	60%	60%	53%	74%	89%	91%	73%	Miriam	nivell estimat 360: 55%
2010-10-06	65%	64%	60%	55%	79%	93%	94%	85%		
2010-09-28	69%	69%	70%	57%	82%	95%	94%	100%	Miriam	
2010-09-23	-%	-%	74%	-%	-%	-%	-%	100%		100L He pel DNP
2010-09-22	71%	72%	60%	59%	85%	98%	100%	28%	Pau	nivell estimat del 360: 50%
2010-09-15	74%	76%	60%	61%	90%	99%	100%	54%	Miriam	nivell estimat del 360: 55%
2010-09-09	-%	-%	-%	63%	100%	100%	-%	-%	Pau, Sergi	100L He
2010-09-08	77%	79%	60%	59%	57%	47%	100%	76%	Pau	
2010-09-02	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	-%	Pau, Teo	100L He
2010-09-01	81%	83%	68%	64%	60%	51%	52%	88%	Miquel, Miriam	
2010-08-25	-%	-%	73%	-%	-%	-%	-%	100%	Miriam, Teo, Sergi, Miquel	100L He
2010-08-25	83%	86%	60%	64%	64%	53%	55%	33%	Miquel, Miriam	nivell estimat del 360: 40%
2010-08-18	87%	91%	60%	65%	67%	55%	58%	45%	Miquel, Miriam	nivell estimat del 360: 45%
2010-08-11	90%	95%	60%	67%	70%	58%	63%	59%	Miquel, Miriam	nivell estimat del 360: 50%
2010-08-04	94%	100%	60%	69%	71%	64%	67%	71%	Miquel	nivell estimat del 360: 55%
2010-07-28	97%	100%	60%	70%	78%	65%	70%	83%	Pau, Miquel, Eva, Sergi	
2010-07-22	-%	100%	-%	-%	80%	-%	74%	-%	Pau, Teo, Miriam, Sergi	120L He (2 dewars de 60L)
2010-07-21	98%	52%	69%	72%	56%	67%	54%	94%	Eva, Miriam	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2010-07-14	99%	59%	74%	73%	59%	69%	58%	100%	Pau	s'ha omplert l'auto i un pèl el robot amb les sobres del DNP
2010-07-08	53%	62%	79%	75%	63%	72%	62%	—%	Miriam	
2010-07-02	55%	66%	83%	76%	65%	74%	65%	—%	Pau	
2010-06-30	—%	—%	—%	—%	—%	—%	—%	100%	Pau	300L He

1er semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2010-06-23	59%	70%	89%	78%	69%	77%	69%	Míriam	nivell estimat del 360: 89%, hi ha problemes de connexió amb la BSMS
2010-06-16	61%	74%	94%	80%	72%	79%	73%	Pau	
2010-06-09	64%	78%	100%	83%	76%	82%	77%	Miquel	
2010-06-03/04	—%	—%	100%	—%	—%	—%	—%	Pau, Miquel	100L He
2010-06-02	67%	82%	61%	83%	80%	85%	62%	Míriam	nivell estimat del 360: 35%
2010-05-26	70%	86%	61%	84%	82%	89%	65%	Pau	nivell estimat del 360: 40%
2010-05-19	73%	90%	61%	85%	87%	93%	69%	Miriam	nivell estimat del 360: 45%
2010-05-12	76%	94%	61%	87%	91%	95%	72%	Pau	nivell estimat del 360: 50%
2010-05-05	—	100%	—	91%	100%	—	—	Pau, Sergi	100L He
2010-05-05	79%	49%	61%	53%	53%	97%	76%	Míriam	nivell estimat del 360: 55%
2010-04-28	82%	55%	68%	55%	56%	99%	81%	Pau, Teo	100L He
2010-04-21	85%	60%	73%	56%	59%	57%	56%	Pau	COMPTE! nivell del 360 al 60%
2010-04-14	89%	64%	78%	58%	62%	60%	60%	Pau	
2010-04-07	92%	68%	83%	61%	66%	64%	64%	Pau	
2010-03-30	96%	72%	88%	62%	69%	68%	68%	Pau	
2010-03-24	98%	77%	93%	64%	72%	69%	71%	Pau	
2010-03-17	99%	82%	97%	66%	76%	72%	74%	Pau	
2010-03-11	100%	—%	100%	—%	—%	74%	—%	Pau	100L He
2010-03-10	48%	86%	60%	67%	80%	52%	78%	Pau	nivell estimat del 360: 40%
2010-03-03	52%	92%	60%	69%	82%	55%	81%	Pau	nivell estimat del 360: 45%
2010-02-24	55%	98%	60%	71%	87%	57%	86%	Míriam	nivell estimat del 360: 50%
2010-02-17	58%	100%	60%	72%	90%	60%	90%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2010-02-11	61%	100%	-	-	100%	-	-	Pau, Teo	càrrega 250r, 250a, 400WB, 100L He
2010-02-10	48%	42%	60%	74%	45%	64%	93%	Míriam	
2010-02-03	53%	48%	68%	76%	48%	67%	94%	Pau	
2010-01-27	55%	54%	73%	78%	52%	69%	94%	Míriam	
2010-01-20	58%	60%	79%	80%	55%	72%	100%	Pau, Teo	càrrega 600MHz, 100L He
2010-01-13	61%	65%	83%	81%	58%	74%	53%	Míriam	
2010-01-07	64%	69%	88%	82%	60%	76%	56%	Pau	

2009

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2009-12-31	66%	73%	92%	83%	69%	79%	60%	Pau	BON ANY A TOTS!!
2009-12-29	67%	75%	94%	83%	65%	79%	61%	Míriam	Diria que el nivell d'He del 600 de la setmana passada no és correcte 😊. Corregit a 65% amb el valor al fitxer heliumlog.
2009-12-23	70%	79%	97%	83%	68%	82%	65%	Pau	
2009-12-17	-%	-%	100%	83%	70%	-%	-%	Pau, Míriam	
2009-12-16	74%	85%	60%	65%	58%	86%	68%	Míriam	El 360 segueix marcant 60%.> Estimació molt a la baixa = 35%
2009-12-09	77%	91%	61%	68%	65%	93%	75%	Pau	El 360 segueix marcant 61%.> Estimació molt a la baixa = 41%
2009-12-02	79%	95%	60%	68%	65%	93%	75%	Míriam	
2009-11-25	82%	100%	60%	70%	68%	96%	78%	Pau	el 500 ja marca, estava el sensor desendollat 😊

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2009-11-18	87%	100%	61%	72%	71%	100%	83%	Míriam	El 360 marca 61%, igual que la setmana passada; el sensor d'He del 500 sembla que no funciona, no es pot mesurar.
2009-11-11	-%	100%	-%	-%	-%	100%	-%	Pau, Míriam	
2009-11-11	89%	46%	61%	74%	74%	44%	87%	Pau	
2009-11-06	91%	49%	66%	75%	78%	46%	90%	Pau	
2009-10-28	97%	56%	73%	77%	82%	49%	94%	Miriam	
2009-10-21	98%	60%	78%	79%	86%	52%	94%	Pau	
2009-10-14	99%	64%	83%	80%	90%	55%	100%	Miriam	
2009-10-08	100%	-%	-%	-%	92%	-%	100%	Pau, Teo	Recàrrega d'Heli (sobres del manteniment del Biospec)
2009-10-07	57%	68%	89%	83%	59%	57%	52%	Miquel	
2009-09-30	59%	71%	93%	84%	61%	59%	56%	Miriam	
2009-09-23	62%	75%	97%	85%	65%	64%	60%	Pau	
2009-09-16	-%	-%	100%	85%	-%	-%	-%	Pau, Teo	Recàrrega d'Heli 100L
2009-09-16	65%	79%	35%(aprox.)	52%	68%	66%	64%	Miriam	sensor del 360 no funciona bé, clavat al 60%!
2009-09-09	68%	82%	40%(aprox.)	54%	71%	69%	68%	Pau	sensor del 360 no funciona bé, clavat al 60%!
2009-09-02	71%	86%	45%(aprox.)	55%	74%	71%	71%	Miriam	sensor del 360 no funciona bé, marca més que la setmana passada (60%)!
2009-08-25	74%	91%	50%	57%	79%	-%	74%	Miquel	500 aturat per tasques de manteniment.
2009-08-19	77%	96%	55%	59%	82%	76%	78%	Miquel	
2009-08-12	80%	100%	60%	61%	86%	79%	81%	Silvia	
2009-08-05	82%	100%	67%	64%	90%	82%	87%	Pau	
2009-07-30	-%	100%	72%	-	93%	-	-	Pau	comprovació nivells He imants emplenats ahir
2009-07-29	-%	100%	73%	-	100%	-	-	Pau, Teo, Sergi	1x100 L LHE
2009-07-29	87%	53%	60%	65%	52%	85%	90%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2009-07-22	89%	58%	68%	66%	55%	89%	94%	Miriam	El 600 porta 3 setmanes a 94!!! [1]
2009-07-15	92%	64%	73%	68%	58%	92%	94%	Miriam	
2009-07-08	97%	66%	78%	70%	61%	94%	94%	Pau	
2009-07-01	98%	70%	83%	72%	66%	97%	100%	Pau, Teo	1x100 L LHE

[1] És un comportament normal al 600. Si consulteu recàrregues anteriors, veureu que és habitual que al principi mantingui un nivell del 100% o proper durant varies setmanes.

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2009-06-23	100%	74%	89%	73%	69%	99%	54%	Miriam	
2009-06-19	100%	-%	100%	-%	-%	100%	-%	Pau, Miquel	1x100 L LHE. Sensor del 500 reparat
2009-06-17	61%	77%	67%	75%	72%	48%	58%	Pau	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-06-10	64%	81%	72%	76%	74%	51%	62%	Miriam	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-06-03	67%	85%	78%	78%	78%	54%	65%	Miquel	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-27	70%	90%	83%	80%	81%	57%	69%	Miriam	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-20	73%	94%	88%	83%	84%	60%	73%	Miquel	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-13	76%	98%	93%	83%	87%	63%	76%	Miriam	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-05-06	79%	100%	97%	84%	91%	66%	80%	Miquel	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-04-29	-%	100%	100%	-%	100%	-%	-%	Teo, Miquel	1x100 L LHE
2009-04-29	81%	52%	46%	85%	52%	69%	85%	Miquel	valor estimat pel 500 i pel 360 (sensors espatllats)
2009-04-22	84%	57%	51%	87%	54%	72%	88%	Miriam	valor estimat pel 500 i pel 360 (sensors espatllats)

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2009-04-15	88%	60%	56%	89%	57%	75%	91%	Miriam	valor estimat pel 500 i pel 360 (sensors espatllats)
2009-04-08	91%	-%	61%	92%	59%	78%	94%	Silvia	valor estimat pel 500. 250robot aturat per reparació
2009-04-02	-%	-%	-%	-%	62%	-%	94%	Teo, Pau	1x100 L LHE
2009-04-01	95%	68%	67%	95%	50%	81%	54%	Pau	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-03-25	98%	72%	72%	96%	53%	84%	58%	Miriam	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-03-19	99%	75%	76%	98%	55%	87%	62%	Pau	valor estimat pel 500 (sensor espatllat)
2009-03-11	100%	-%	-%	98%	-%	-%	-%	Teo, Pau	1x100 L LHE
2009-03-11	49%	79%	82%	48%	58%	90%	66%	Miriam	valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat)
2009-03-04	52%	82%	89%	50%	60%	93%	69%	Pau	valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat)
2009-02-25	55%	88%	92%	52%	64%	96%	73%	Miriam	valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat). El 500 ja s'ha clavat a 97!
2009-02-18	58%	92%	97%	54%	67%	98%	77%	Pau	valors estimats pel 250a (consola aturada) i 500 (sensor espatllat)
2009-02-12	-	95%	100%	-	-	100%	-	Pau, Teo	2x60 L LHE
2009-02-11	61%	72%	60% (estimació 45%)	55%	69%	52% (estimació)	80%	Miriam	el 360MHz continua clavat a 60% i el 500MHz a 97!!

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2009-02-04	64%	75%	60% (estimació 50%)	57%	72%	55% (estimació)	88%	Pau	el 360MHz continua clavat a 60%!!
2009-01-28	67%	79%	60%	59%	75%	58% (estimació)	88%	Miriam	el 360MHz continua clavat a 60%!!
2009-01-21	70%	82%	60%	61%	78%	61% (estimació)	92%	Pau	el 360MHz s'ha clavat a 60%??, normalment ho feia a 54%
2009-01-15	72%	86%	60%	63%	81%	65% (estimació)	94%	Miriam	
2009-01-07	76%	92%	60%	65%	84%	67% (estimació)	100%	Pau	

2008

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2008-12-30	79%	98%	61%	67%	89%	70% (estimació)	100%	Miquel, Miriam	
2008-12-23	80%	100%	70%	68%	91%	74% (estimació)	100%	Miriam	
2008-12-19	n.a.	100%	n.a.	n.a.	94%	n.a	100%	Pau, Miquel	1x100 L + 1x60 L LHE
2008-12-17	84%	58%	74%	70%	63%	78% (estimació)	66%	Miriam	
2008-12-11	88%	62%	79%	72%	65%	82% (estimació)	68%	Pau, Miquel	
2008-12-03	92%	66%	84%	74%	68%	86% (estimació)	72%	Miriam	
2008-11-28	95%	70%	88%	75%	70%	90% (estimació)	75%	Pau	
2008-11-19	98%	74%	95%	78%	73%	94% (estimació)	80%	Pau	
2008-11-12	99%	78%	100%	79%	77%	97%	84%	Miriam	
2008-11-07	100%	81%	100%	80%	79%	100%	87%	Teo, Pau	1x100 L LHE
2008-11-06	58%	81%	72%	80%	75%	68% (estimació)	87%	Pau	
2008-10-29	61%	85%	78%	83%	79%	72% (estimació)	91%	Miriam	
2008-10-24	63%	89%	82%	82%	81%	74% (estimació)	94%	Pau	
2008-10-15	-%	-%	-%	-%	-%	-%	94%	Teo	1x100 L LHE
2008-10-15	67%	94%	89%	85%	84%	78% (estimació)	45%	Miriam	
2008-10-08	70%	98%	94%	86%	87%	81% (estimació)	48%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2008-10-01	73%	100%	98%	88%	91%	84% (estimació)	52%	Míriam	Sensor 500 continua espatllat.
2008-09-25	75%	100%	100%	92%	73%	97%	55%	Teo, Pau	El que va sobrar s'ha aprofitat per emplenar altres imants.
2008-09-23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100%	n.a.	n.a.	Miquel	2×100 L LHE per la recàrrega de camp del 400wb.
2008-09-17	57%	40%	54%	94%	83%	88% (estimació)	60%	Míriam	Sensor 500 espatllat.
2008-09-10	59%	44%	60%	96%	88%	90% (estimació)	64%	Miriam	Sensor 500 espatllat.
2008-09-04	62%	47%	65%	97%	n.a.	92% (estimació)	67%	Miriam	Sensor 500 espatllat.
2008-09-04	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Miquel	2×100 L LHE per refredar el 400wb.
2008-08-27	65%	52%	72%	98%	n.a.	93% (estimació)	71%	Miriam	1×25 L. Sensor 500 espatllat.
2008-08-20	68%	57%	79%	50% → 98%	n.a.	95% (estimació)	46% → 75%	Miquel	1×100 L LHE. Sensor 500 espatllat. El sensor del 250-robot estava mal endollat, per això no funcionava.
2008-08-13	71%	67% (estimació)	85%	52%	n.a.	96% (estimació)	49%	Miriam	Sensors 250-r i 500 espatllats
2008-08-06	74%	72% (estimació)	91%	54%	n.a.	98% (estimació)	53%	Pau	El sensors del 250 i del 500 estan espatllats
2008-08-01	76%	74% (estimació)	96%	55%	n.a.	97%	55%	Pau	El sensors del 250 i del 500 estan espatllats
2008-07-25	79%	77%	100%	56%	n.a.	100%	59%	Teo, Pau	Omplerts 100L al 500 i al 360
2008-07-17	82%	77%	58%	59%	n.a.	97%??	64%	Pau	El 500 no marca bé!! 8 setmanes marcant 97!!...
2008-07-09	87%	88%	65%	62%	n.a.	97%??	68%	Pau	El 500 no marca bé!! 7 setmanes marcant 97!!...

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2008-07-02	90%	83%	71%	63%	n.a.	97%??	71%	Miriam	El 500 no marca bé!! 6 setmanes marcant 97!!...

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2008-06-25	93%	87%	78%	65%	quench	97%??	75%	Pau	El 500 no marca bé. Quench del 400wb durant la recàrrega de nitrogen, sense causa evident.
2008-06-18	97%??	92%	84%	66%	50%	97%??	78%	Miriam	El 250auto no marca bé o no va mesurar bé la setmana passada i el 500 continua no marcant bé ...
2008-06-11	89%	95%	90%	68%	53%	97%??	82%	Pau	El 500 no marca bé...
2008-06-04	100%	100%	98%	70%	55%	97%??	87%	Miriam	
2008-05-30	100%	100%	100%	71%	58%	97%??	91%	Teo	1x100 L LHE
2008-05-28	69%	42%	54%	71%	58%	97%??	91%	Pau	
2008-05-21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100% (????)	n.a.	Teo	1x100 L LHE
2008-05-21	72%	45%	54%	73%	61%	50%	94%	Miriam	
2008-05-14	75%	49%	58%	75%	64%	50-55%	94%	Pau	El valor del 500 és una estimació
2008-05-07	78%	53%	65%	76%	66%	98%	94%	Miriam	El 500 porta massa setmanes a 98!!
2008-04-30	80%	58%	71%	78%	69%	98%	100%	Pau	
2008-04-23	83%	63%	77%	80%	72%	98%	100%	Miriam	
2008-04-16	88%	67%	84%	83%	75%	98%	100%	Teo, Pau	1x100 L LHE. El valor del 400wb és una estimació. El lector marca 94%, però és erroni
2008-04-09	90%	70%	89%	83%	78%	98%	53%	Miriam	
2008-04-02	95%	74%	97%	84%	81%	98%	57%	Pau	
2008-03-26	98%	78%	100%	85%	83%	98%	61%	Pau, Sergi	1x100 L LHE
2008-03-18	99%	82%	54%	88%	55%	98%	65%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2008-03-13	100%	n.a.	>54%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Teo	1x100 L LHE. El 360 no s'ha emplenat. El dewar d'heli no era del tot ple.
2008-03-12	42%	85%	54%	91%	58%	98%	68%	Pau	
2008-03-05	45%	90%	54%	93%	60%	98%	72%	Miriam	
2008-02-27	48%	94%	54%	96%	64%	98%	75%	Pau	
2008-02-20	52%	99%	59%	97%	66%	98%	79%	Miriam	
2008-02-13	55%	100%	65%	98%	69%	98%	83%	Pau	
2008-02-06	n.a.	100%	n.a.	100%	n.a.	98%	n.a.	Teo, Pau	1x100 L LHE
2008-02-06	58%	47%	71%	49%	72%	57%	87%	Miriam	
2008-01-30	61%	51%	77%	51%	75%	59%	91%	Pau	
2008-01-23	64%	57%	84%	52%	78%	62%	94%	Miriam	
2008-01-16	67%	61%	89%	54%	81%	65%	94%	Pau	
2008-01-10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94%	Teo	1x100 L LHE
2008-01-08	71%	65%	98%	56%	85%	68%	47%	Miriam	
2008-01-04	n.a.	n.a.	100%	n.a.	86%	n.a.	n.a.	Miquel	1x100 L LHE

n.a., no aplicable

2007

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2007-12-31	75%	70%	54%	58%	61%	71%	51%	Miquel	
2007-12-24	77%	73%	54%	61%	64%	74%	54%	Pau, Miquel	
2007-12-19	79%	76%	54%	62%	66%	75%	57%	Pau	
2007-12-12	82%	79%	54%	64%	68%	78%	62%	Pau	
2007-12-05	87%	83%	54%	65%	70%	80%	64%	Pau	
2007-11-28	89%	86%	63%	67%	73%	83%	69%	Pau	
2007-11-21	92%	91%	68%	69%	77%	86%	72%	Pau	
2007-11-14	96%	95%	74%	71%	80%	86%	75%	Pau, Teo	1x60 L LHE
2007-11-07	98%	100%	81%	73%	83%	86%	49%	Pau	
2007-10-31	99%	100%	87%	74%	86%	87%	52%	Pau	
2007-10-25	100%	100%	—	—	—	87%	—	Teo	120 L LHE (2x60 L)
2007-10-24	67%	48%	94%	76%	89%	44%	55%	Silvia	
2007-10-18	71%	—	100%	—	100%	—	—	Teo	120 L LHE (2x60 L)
2007-10-17	46%	52%	54%	77%	52%	47%	58%	Silvia	
2007-10-07	49%	57%	54%	77%	57%	49%	63%	Silvia	
2007-10-03	53%	61%	54%	81%	60%	51%	67%	Silvia	
2007-09-26	56%	65%	54%	83%	63%	54%	70%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Responsable(s)	Observacions
2007-09-19	59%	69%	54%	84%	66%	56%	74%	Pau	
2007-09-12	62%	72%	57%	84%	69%	59%	77%	Pau	
2007-09-05	65%	76%	63%	85%	71%	62%	81%	Silvia	
2007-08-29	68%	80%	69%	87%	74%	65%	85%	Pau	
2007-08-14	71%	83%	75%	91%	78%	68%	89%	Pau	
2007-08-14	74%	88%	83%	93%	81%	71%	93%	Pau	
2007-08-08	77%	91%	88%	95%	83%	73%	94%	Pau	
2007-08-01	80%	97%	95%	97%	87%	75%	97%	Silvia	
2007-07-25	82%	100%	100%	98%	90%	78%	100%	Silvia	
2007-07-20	—	100%	100%	98%	100%	—	100%	Teo	200 L LHE (2×100 L)
2007-07-11	90%	82%	83%	—	73%	84%	69%	Pau	
2007-07-04	92%	85%	89%	—	77%	86%	—	Silvia	

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=manteniment_lhe_anys_anteriors

Last update: **2021/01/06 00:43**

