

Registre de recàrregues de nitrogen líquid dels imants

Aquesta pàgina conté els nivells de nitrogen líquid als espectròmetres després de la seva recàrrega setmanal corresponents als **dos darrers anys**. Les dades d'anys anteriors, i les dades anuals de consum de nitrogen líquid es poden consultar a les pàgines,



- Les recàrregues del tanc s'anoten en una [pàgina a part](#).
- El **consum mig diari**, excloent-hi la recàrrega dels imants, és de **6,6 ± 2,6 mm H₂O**.
- El **consum mig per recàrrega** dels imants és de **39,3 ± 8,9 mm H₂O**.

- [Registre històric de nivells i recàrregues de nitrogen líquid als imants](#) (de 2007 endavant)
- [Registre de recàrregues del tanc](#).
- [Consum anual de nitrogen líquid](#)

Instruccions del registre

- Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers, i les més recents es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
- El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#).
- Si el nivell final del tanc és prou baix, fes una [comanda per recarregar-lo](#).

2020



- **Avance DPX-250-ROBOT (NOVA INFORMACIÓ: 2020-10-29)**
 - L'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
- **Avance II 400wb (NOVA INFORMACIÓ: 2020-10-29)**
 - L'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2020-12-09	100%	—%	100%	100%	—%	100%	100%	—%	Míriam	Tanc de 200 a 170
2020-12-02	100%	—%	100%	100%	—%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a 260

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2020-11-25	100%	—%	100%	100%	—%	100%	100%	—%	Míriam	Tanc de 130 a 105
2020-11-18	100%	—%	100%	100%	—%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 190 a 160
2020-11-11	100%	—%	100%	100%	—%	100%	100%	—%	Pau, Teo	Tanc de 280 a 250
2020-11-04	100%	—%	100%	100%	—%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 140 a 110
2020-10-29	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	—%	Eva i Miquel	Quench controlat 250MHz robot i 400wb
2020-10-28	100%	60%	100%	100%	60%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 200 a 180
2020-10-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 280 a 250
2020-10-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Míriam	Tanc de 140 a 100
2020-10-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de ??? a ???
2020-09-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Míriam	Tanc de 120 a 90
2020-09-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 210 a 180
2020-09-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Míriam	Tanc de 150 a 110
2020-09-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 210 a 170
2020-09-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a 270
2020-08-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva i Míriam	Tanc de 180 a 140
2020-08-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Míriam i Miquel	Tanc de 260 a 230
2020-08-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Míriam i Miquel	Tanc de 130 a 100
2020-08-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Miquel	Tanc de 200 a 170
2020-07-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Teo i Míriam	Tanc de 290 a 260
2020-07-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Teo i Míriam	Tanc de 180 a 140
2020-07-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Teo i Míriam	Tanc de 270 a xxx
2020-07-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Teo i Eva	Tanc de 120 a 80
2020-07-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 220 a 180

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2020-06-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 290 a 270
2020-06-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 150 a 120
2020-06-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam i Miquel	Tanc de 220 a 190
2020-06-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Teo	Tanc de 140 a 100
2020-05-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miquel i Miriam	Tanc de 195 a 170
2020-05-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 270 a 240
2020-05-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miquel i Teo	Tanc de 120 a 90
2020-05-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miquel i Teo	Tanc de 190 a 150
2020-04-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Silvia i Teo	Tanc de 270 a 240
2020-04-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 120 a —
2020-04-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Teo i Miquel	Tanc de 190 a 150
2020-04-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 270 a 240
2020-04-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Teo i Miquel	Tanc de 120 a 95
2020-03-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Silvia i Miquel	Tanc de 190 a 150
2020-03-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 270 a 240
2020-03-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de xxx a xxx
2020-02-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 140 a 100
2020-02-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 210 a —
2020-02-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 100 a 300
2020-02-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 200 a 150
2020-01-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 140 a 100
2020-01-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de xxx a xxx
2020-01-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 280 a 250
2020-01-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Míriam	Tanc de 150 a 120
2020-01-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Míriam i Eva	Tanc de 230 a 190

2019

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-12-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Miquel	Tanc de 300 a 270 /
2019-12-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miquel	Tanc de 130 a ??? /
2019-12-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 180 a ??? /
2019-12-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 110 a ??? / +Dewar N2 Pau
2019-12-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de — a — / +Dewar N2 Pau
2019-11-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a 260
2019-11-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 170 a 130 / +Dewar N2 Pau
2019-11-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 290 a 260
2019-11-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 130 a 100
2019-10-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 200 a 170
2019-10-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 150 a 120
2019-10-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 220 a 190
2019-09-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 200 a 170
2019-09-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a xxx
2019-09-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 180 a 150
2019-09-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a 230
2019-08-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam i Miquel	Tanc de 120 a 90
2019-08-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva, Miriam i Miquel	Tanc de 200 a 165
2019-08-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam i Miquel	Tanc de 290 a 260
2019-08-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva i Miquel	Tanc de 160 a 120
2019-07-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 250 a 200
2019-07-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 170 a 140

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-07-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 280 a 230
2019-07-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 130 a 100
2019-07-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 200 a 170

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-06-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 290 a 260
2019-06-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 170 a 150
2019-06-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 270 a 240
2019-06-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de xxx a xxx
2019-05-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 190 a 160
2019-05-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 290 a 260
2019-05-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 160 a 130
2019-05-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 250 a 220
2019-05-07	80%	80%	—%	—%	—%	—%	—%	—%	Pau	Recàrrega parcial per aguantar fins dimecres—
2019-04-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 150 a 100
2019-04-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 240 a 200
2019-04-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau, Miquel	Tanc de 300 a 270
2019-03-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 100 a 60
2019-02-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 190 a 150
2019-02-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	Tanc de 300 a 250
2019-02-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	Tanc de 180 a 130
2019-02-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 270 a 230
2019-01-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 110 a 70
2019-01-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	Tanc de — a —
2019-01-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 290 a 250

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-01-02	x00%	x00%	100%	x00%	100%	x00%	x00%	x00%	Miquel, Pau	Tanc de 260 a xxx

Anys anteriors

Els [registres dels anys anteriors](#) es guarden en una pàgina a part.

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=manteniment_lin&rev=1607520664

Last update: **2020/12/09 14:31**

