

Registre històric de recàrregues de nitrogen líquid dels imants

Instruccions del registre

- Les dades estan en ordre cronològic invers, és a dir, les més recents estan al capdamunt de les taules i les més antigues al final.
- El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#).
- Les recàrregues del tanc s'anoten en una [pàgina a part](#).

2019

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-12-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Miquel	Tanc de 300 a 270 /
2019-12-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miquel	Tanc de 130 a ??? /
2019-12-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 180 a ??? /
2019-12-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 110 a ??? / +Dewar N2 Pau
2019-12-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de — a — / +Dewar N2 Pau
2019-11-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a 260
2019-11-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 170 a 130 / +Dewar N2 Pau
2019-11-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 290 a 260
2019-11-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 130 a 100
2019-10-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 200 a 170
2019-10-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 150 a 120
2019-10-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 220 a 190
2019-09-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 200 a 170
2019-09-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a xxx

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-09-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau i Eva	Tanc de 180 a 150
2019-09-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 290 a 230
2019-08-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam i Miquel	Tanc de 120 a 90
2019-08-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva, Miriam i Miquel	Tanc de 200 a 165
2019-08-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam i Miquel	Tanc de 290 a 260
2019-08-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva i Miquel	Tanc de 160 a 120
2019-07-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 250 a 200
2019-07-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 170 a 140
2019-07-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 280 a 230
2019-07-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 130 a 100
2019-07-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 200 a 170

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-06-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 290 a 260
2019-06-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 170 a 150
2019-06-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 270 a 240
2019-06-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de xxx a xxx
2019-05-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 190 a 160
2019-05-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Miriam	Tanc de 290 a 260
2019-05-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 160 a 130
2019-05-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 250 a 220
2019-05-07	80%	80%	—%	—%	—%	—%	—%	—%	Pau	Recàrrega parcial per aguantar fins dimecres—
2019-04-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau	Tanc de 150 a 100
2019-04-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 240 a 200
2019-04-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Pau, Miquel	Tanc de 300 a 270

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2019-03-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 100 a 60
2019-02-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	Eva	Tanc de 190 a 150
2019-02-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	Tanc de 300 a 250
2019-02-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	Tanc de 180 a 130
2019-02-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 270 a 230
2019-01-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 110 a 70
2019-01-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	Tanc de — a —
2019-01-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 290 a 250
2019-01-02	x00%	x00%	100%	x00%	100%	x00%	x00%	x00%	Miquel, Pau	Tanc de 260 a xxx

2018

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2018-12-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 150 a 110
2018-11-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 180 a 140
2018-11-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 270 a 240
2018-11-13	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	100%	Eva	Tanc de 290 a 280
2018-11-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau, Miquel	Tanc de 120 a 80
2018-10-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau, Miquel	Tanc de 190 a 150
2018-10-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau, Miquel	Tanc de 300 a 260
2018-10-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau, Miquel	Tanc de 160 a 120
2018-10-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 280 a 240
2018-09-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 200 a 160
2018-09-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 290 a 260
2018-09-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 180 a 140
2018-08-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 280 a 240
2018-08-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 110 a 80

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2018-08-21	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Eva	Manteniment per tornar a dimecres. Tanc de 140 a 120
2018-08-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miquel	Tanc de 210 a 170
2018-08-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 300 a 260
2018-08-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 170 a 130
2018-07-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 170 a 130
2018-06-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 180 a 150
2018-06-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 290 a 260
2018-06-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 270 a 230

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2018-05-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	Tanc de 250 a 200
2018-5-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 150 a 110
2018-04-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	Tanc de 250 a 200
2018-04-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 200 a 160
2018-03-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 150 a 100
2018-03-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 250 a 230
2018-02-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	Tanc de 150 a 120
2018-02-27	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Eva	Tanc de 170 a 150 DIMARTS!
2018-02-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	Tanc de 290 a 250
2018-02-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	Tanc de 280 a 240
2018-01-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	Tanc de 180 a 140
2018-01-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	Tanc de 260 a 220
2018-01-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau i Miquel	Tanc de 110 a 80

2017**2n semestre**

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2017-12-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-12-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-11-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-11-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-11-14	100%	100%	100%	100%	-%	-%	-%	100%	Eva	Tanc de 140 a 110. Manteniment LN2 per tornar a dimecres
2017-10-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-10-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-10-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-10-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-09-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-09-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-09-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-08-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-08-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-08-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-07-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-07-12	-%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	Eva	
2017-07-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-07-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2017-06-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam i Eva	
2017-06-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-06-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-05-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-05-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-05-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-05-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-05-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-04-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-04-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-04-18	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Eva	Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres
2017-04-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miquel i Eva	Dimarts
2017-04-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2017-03-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-03-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-03-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	miriam	
2017-03-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-03-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-02-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Míriam	
2017-02-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-02-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-02-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-01-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2017-01-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2017-01-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2017-01-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva, Míriam	

2016

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2016-12-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau, Miquel	
2016-12-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2016-12-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-11-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2016-11-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-10-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-10-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-10-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-10-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-09-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2016-09-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-08-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-08-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-08-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2016-05-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-05-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-05-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-04-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-04-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-03-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-02-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2016-02-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-01-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2016-01-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2016-01-12	100%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	100%	Eva	Manteniment per poder tornar a dimecres. Tanc de 250 a 240
2016-01-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva, Miquel	

2015

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2015-12-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau i Miriam	
2015-12-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-12-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-12-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-11-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-11-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-11-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-11-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-10-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-10-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-10-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-10-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-09-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-09-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-09-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-09-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-09-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-08-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-08-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-08-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-08-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-07-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	
2015-07-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	
2015-07-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-07-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2015-06-30	100%	100%	100%	-%	-%	-%	-%	100%	Eva	Manteniment en dimarts per tornar a la normalitat. DNP: de -7% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2015-06-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de -7% a 100%
2015-06-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -6% a 100%
2015-06-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de -5% a 100%
2015-05-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de -5% a 100%
2015-05-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de -5% a 100%
2015-05-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de -5% a 100%
2015-05-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de -6% a 100%
2015-04-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de -1% a 100%
2015-04-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -3% a 100%
2015-04-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -2% a 100%
2015-04-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de -2% a 100%
2015-03-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -1% a 100%
2015-03-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de -2% a 100%
2015-03-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2015-02-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2015-02-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de 0% a 100%
2015-02-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2015-02-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de 89% a 100%
2015-02-03	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Eva	Dimarts! DNP: de 13% a 100%
2015-01-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de 2% a 100%
2015-01-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2015-01-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2015-01-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miriam	DNP: de 3% a 100%

2014

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2014-12-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva i Miquel	DNP: de 2% a 100%
2014-12-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva i Miriam	DNP: de -3% a 100%
2014-12-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2014-12-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2014-12-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de -3% a 100%
2014-11-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-11-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -2% a 100%
2014-11-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de -5% a 100%
2014-10-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de -5% a 100%
2014-10-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-10-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -7% a 100%
2014-10-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	
2014-09-30	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	Eva	DNP: de -4% a 100%
2014-09-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau	DNP: de -5% a 100%
2014-09-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -4% a 100%
2014-09-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pau, Miquel	DNP: de -5% a 100%
2014-08-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Miquel	DNP: de -6% a 100%
2014-08-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva, Miquel	DNP: de -5% a 100%
2014-08-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva, Miquel	DNP: de -5% a 100%
2014-08-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva, Miquel	DNP: de -5% a 100%
2014-08-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-07-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-07-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-07-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-07-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Responsable(s)	Observacions
2014-07-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-07-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Eva	DNP: de -5% a 100%

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2014-06-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	??%	??%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-06-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	??%	??%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-06-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	??%	??%	Eva	DNP: de -4% a 100%
2014-05-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	??%	??%	Pau, Miquel	⚠ Tanc exterior sense sensor de nivell. DNP: de ??% a 100%
2014-05-22	—%	—%	—%	100%	—%	100%	100%	—%	??%	??%	Pau, Miquel	⚠ Tanc exterior sense sensor de nivell. DNP: de 60% a 100%
2014-05-21	100%	100%	—%	—%	100%	—%	—%	100%	??%	??%	Pau, Miquel	⚠ Tanc exterior sense sensor de nivell. DNP: de ??% a 60%
2014-05-14	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	22%	08%	Miriam	DNP: de -2% a 100%
2014-04-30	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	61%	Miriam	DNP: de -4% a 100%
2014-05-08	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	52%	38%	Pau	DNP: de -4% a 100%
2014-04-23	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	12%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2014-04-16	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	57%	43%	Eva	DNP: de -5% a 100%
2014-04-02	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	39%	24%	Eva	DNP: de -1% a 100%
2014-03-26	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	73%	56%	Miriam	DNP: de ?% a 100%
2014-03-19	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	83%	Miriam, Eva	DNP: de -1% a 100%
2014-03-12	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	41%	27%	Eva	DNP: de -1% a 100%
2014-03-06	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	64%	Miriam	DNP: de ?% a 100%
2014-02-26	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	39%	22%	Pau	DNP: de -1% a 100%
2014-02-19	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	39%	22%	Eva	DNP: de -1% a 100%
2014-02-12	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	56%	Miriam	DNP: de -2% a 100%
2014-02-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	77%	Pau	DNP: de -2% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2014-01-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29%	16%	Miriam	DNP: de -2% a 100%
2014-01-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61%	47%	Miriam	DNP: de -1% a 100%
2014-01-08	100%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	100%	33%	23%	Eva	
2014-01-07	100%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	100%	41%	37%	Eva	DNP: de -1% a 100%
2014-01-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	75%	Pau	DNP: de -1% a 100%

2013

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2013-12-31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	71%	57%	Miquel, Eva	DNP: de -1% a 100%
2013-12-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	%	Miriam	DNP: de 15% a 100%
2013-12-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%	16%	Eva	DNP: de 3% a 100%
2013-12-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	79%	Miriam	DNP: de 0% a 100%
2013-11-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37%	20%	Eva	DNP: de 2% a 100%
2013-11-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	54%	Pau	DNP: de -?% a 100%
2013-11-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	80%	Miriam	DNP: de -?% a 100%
2013-10-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64%	48%	Pau	DNP: de -4% a 100%
2013-10-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	80%	Miriam	DNP: de -4% a 100%
2013-10-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	8%	Eva	DNP: de -1% a 100%
2013-10-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	51%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2013-10-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	74%	Miriam	DNP: de 31% a 100%
2013-09-27	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	100%	100%	97%	Eva	
2013-09-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n.a.	80%	30%	17%	Eva	DNP: de -3% a 80%. El DNP i el 600 s'han omplert parcialment perquè el tanc esta molt baix
2013-09-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	50%	Pau	DNP: de -2% a 100%
2013-09-12	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	74%	73%	Eva	Omplim el DNP per tornar a dimecres
2013-09-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	75%	Eva	DNP: de 17% a 100% Dimarts!
2013-09-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47%	32%	Miriam	DNP: de -1% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2013-08-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48%	26%	Miquel, Miriam	DNP: de -2% a 100%
2013-08-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%	63%	Miquel, Miriam	DNP: de -3% a 100%
2013-08-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	47%	Eva	DNP: de -3% a 100%
2013-07-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	78%	Pau	DNP: de -3% a 100%
2013-07-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37%	22%	Eva	DNP: de -2% a 100%
2013-07-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	57%	Pau	DNP: de -2% a 100%
2013-07-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	82%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2013-07-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39%	25%	Eva	DNP: de 0% a 100%

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2013-06-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	60%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2013-06-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	88%	Miriam	DNP: de 0% a 100%
2013-06-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%	57%	Eva	DNP: de 2% a 100%
2013-05-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	77%	Eva	DNP: de ?% a 100%
2013-05-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	?%	?%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2013-05-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	56%	Eva	DNP: de ?% a 100%
2013-05-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	81%	Miriam	DNP: de ?% a 100%
2013-05-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	25%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2013-04-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	75%	Miriam	DNP: de ?% a 100%
2013-04-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42%	29%	Pau	DNP: de 2% a 100%
2013-04-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%	60%	Eva	DNP: de 2% a 100%
2013-03-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	?%	82.6%	Miquel/Miriam	DNP: de 3% a 100%
2013-03-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40.0%	23.0%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2013-03-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.0%	58.0%	Eva	DNP: de 5% a 100%
2013-03-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6%	76.4%	Miriam	DNP: de 6% a 100%
2013-02-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48.5%	¿?%	Eva/Miriam	DNP: de ?% a 100%
2013-02-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73.2%	61.5%	Eva	DNP: de 3% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2013-02-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.5%	87.7%	Míriam	DNP: de 2% a 100% / La mesura del tanc de fora és molt inestable!!
2013-02-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	¿?%	¿?%	Pau	DNP: de 2% a 100%
2013-01-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74.9%	60.6%	Eva	DNP: de 2% a 100%
2013-01-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.4%	¿?%	Míriam	DNP: de 4% a 100%
2013-01-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46,5%	¿?%	Pau	DNP: de 3% a 100%
2013-01-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,7%	59,0%	Eva	DNP: de 4% a 100%
2013-01-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,8%	76,3%	Miquel, Míriam	DNP: de 3% a 100%

2012

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2012-12-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	21%	Pau	DNP: de 2% a 100%
2012-12-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%	46%	Pau	DNP: de 3% a 100%
2012-12-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,5%	71,4%	Miquel, Míriam	DNP: de 3% a 100%
2012-12-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25,3%	10,3%	Míriam	DNP: de 3% a 100%
2012-11-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,0%	53,0%	Eva	DNP: de 86% a 100%
2012-11-20	100%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	100%	—, —%	—, —%	Eva	S'han omplert els imants petits per tornar al manteniment de dimecres. No se sap el nivell del tanc degut a un error al display
2012-11-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	93,7%	Miriam	DNP: de 17% a 100%
2012-11-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,9%	35,7%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2012-10-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,3%	65,2%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-10-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	84.8%	Miriam	DNP: de ?% a 100%
2012-10-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—, —%	—, —%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2012-10-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—, —%	—, —%	Pau	DNP: de ?% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2012-10-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,9%	74,2%	Miriam	DNP: de 1% a 100%
2012-09-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,7%	45,8%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-09-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,9%	78,1%	Eva	DNP: de -2% a 100%
2012-09-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,4%	44,8%	Miriam	DNP: de -3% a 100%
2012-09-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,5%	76,1%	Eva	DNP: de 1% a 100%
2012-08-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42,0%	28,0%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2012-08-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,0%	48,9%	Eva	DNP: de 88% a 100%
2012-08-21	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	69,2%	64,1%	Eva	S'ha omplert el DNP per tornar a dimecres. DNP: de -2% a 100%
2012-08-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,5%	84,5%	Miquel, Miriam	DNP: de 15% a 100%
2012-08-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,9%	59,1%	Miquel, Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-08-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,4%	81,9%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-07-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55,6%	38,7%	Eva	DNP: de 7% a 100%
2012-07-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,6%	70,0%	Miriam	DNP: de 0% a 100%
2012-07-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,8%	38,7%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-07-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81,0%	69,0%	Pau	DNP: de 0% a 100%

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2012-06-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37,3%	22,8%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-06-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,1%	¿?%	Pau	DNP: de 0% a 100%
2012-06-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,5%	75,7%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-06-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	-%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2012-05-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,4%	72,2%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-05-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	-%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2012-05-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,3%	51,1%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2012-05-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,4%	74,4%	Pau	DNP: de 1% a 100%
2012-05-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,8%	26,7%	Eva	DNP: de 1% a 100%
2012-04-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	-%	Pau	DNP: de 0% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2012-04-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,4%	80,7%	Eva	DNP: de 5% a 100%
2012-04-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,2%	28,3%	Pau	DNP: de 4% a 100%
2012-04-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,1%	56,3%	Eva	DNP: de 1% a 100%
2012-03-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,0%	77,4%	Miriam	DNP: de 5% a 100%
2012-03-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52,7%	37,7%	Eva	DNP: de 2% a 100%
2012-03-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78,3%	65,0%	Pau	DNP: de 5% a 100%
2012-03-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,9%	86,1%	Miriam	DNP: de 3% a 100%
2012-02-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51,0%	39,0%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2012-02-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,4%	63,6%	Eva	DNP: de 6% a 100%
2012-02-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36,0%	20,5%	Miriam	DNP: de ?% a 100%
2012-02-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,9%	51,2%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2012-02-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,1%	77,1%	Eva	DNP: de 7% a 100%
2012-01-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47,8%	30,3%	Miriam	DNP: de 3% a 100%
2012-01-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77,3%	60,0%	Pau	DNP: de 6% a 100%
2012-01-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,7%	Eva	DNP: de 4% a 100%
2012-01-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,3%	47,3%	Miquel, Eva	DNP: de 6% a 100%

2011

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2011-12-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,4%	80,6%	Miquel, Míriam	DNP: de 4% a 100%
2011-12-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,3%	55,7%	Pau	DNP: de 5% a 100%
2011-12-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,7%	77,2%	Eva	DNP: de 6% a 100%
2011-11-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,7%	49,9%	Eva	DNP: de 6% a 100%
2011-11-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,5%	75,6%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2011-11-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,3%	24,7%	Eva	DNP: de 7% a 100%
2011-11-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,3%	—%	Pau	DNP: de ?% a 100%
2011-11-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,6%	25,1%	Eva	DNP: de 0% a 100%
2011-10-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	47,3%	Míriam	DNP: de 0% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2011-10-18	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	94,3%	87,0%	Eva	DNP: de 1% a 100%. Dimarts, omplo els imants petits per precaució.
2011-10-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,7%	30,6%	Eva	DNP: de 20% a 100%. Dimarts!
2011-10-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,8%	57,6%	Míriam	DNP: de 1% a 100%
2011-09-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,8%	84,5%	Míriam	DNP: de 1% a 100%
2011-09-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,9%	51,0%	Pau	DNP: de 2% a 100%
2011-09-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,3%	75,5%	Eva	DNP: de 4% a 100%
2011-09-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42,7%	22,9%	Míriam,	DNP: de 0% a 100%
2011-08-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70,1%	56,5%	Pau	DNP: de 8% a 100%
2011-08-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,6%	77,8%	Eva	DNP: de 89% a 100%
2011-08-23	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	91,7%	89,2%	Eva	DNP: de 17% a 100% (Dimarts! Omplert per precaució!)
2011-08-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<100%	100%	30,9%	14,6%	Míriam, Miquel	DNP: de 0% a 99%. De la setmana passada a aquesta el dewar N2 ha consumit moltíssim, hi va haver algun problema? S'hauria d'anar controlant. El 600 no s'ha omplert del tot per no buidar més el tanc. Mesura manual: 2/3 dewar aprox.
2011-08-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,7%	58,4%	Pau, Miquel	DNP: de 0% a 100%
2011-08-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,5%	83,5%	Eva	DNP: de 6% a 100%
2011-07-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37,8%	22,6%	Pau	DNP: de 3% a 100%
2011-07-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68,0%	54,7%	Míriam	DNP: de 18% a 100%
2011-07-14	- %	- %	- %	- %	100%	100%	100%	100%	81,3%	75,8%	Eva	DNP: de 78% a 100%

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2011-07-13	100%	100%	100%	100%	??%	??%	??%	88%	22,8%	12,3%	Eva	El nivell del tanc estava molt baix, no he pogut omplir tots els imants al 100%. El 600, 500, 400 wb i el DNP s'acabaran d'omplir demà! DNP: del 1% al 88%
2011-07-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48,3%	32,9%	Pau	DNP: de 2% a 100%

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2011-06-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,7%	78,9%	Eva	DNP: de 5% a 100%
2011-06-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,3%	52,1%	Pau	DNP: de 3% a 100%
2011-06-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	??%	75,9%	Miriam	DNP: de 2% a 100%
2011-06-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33,8%	19,3%	Eva	DNP: de 6% a 100%
2011-06-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,7%	47%	Pau	DNP: de 4% a 100% dewar 25l (teo, ruben)
2011-05-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,6%	73,9%	Miriam	DNP: de 4% a 100%
2011-05-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38,5%	24,2%	Eva	DNP: de 6% a 100%
2011-05-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,9%	48,7%	Pau	he gastat moltíssim!!¿?¿
2011-05-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,4%	77,3%	Miriam	DNP: de 4% a 100%
2011-04-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,3%	25,1%	Eva	DNP: de 8% a 100%
2011-04-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,2%	54,9%	Miriam	DNP: de 7% a 100%
2011-04-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,0%	77,8%	Miriam	DNP: de 3% a 100%
2011-04-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,1%	29,9%	Eva	DNP: de 88% a 100% per tornar al Dimecres
2011-04-05	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	46,8%	43,3%	Eva	DNP: de 10% a 100% (Dimarts!)
2011-03-29	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	75,2%	72,8%	Eva	DNP: de 29% a 100% (Dimarts!)
2011-03-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,2%	84,6%	Eva	DNP: de 11% a 100%
2011-03-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61,4%	45,9%	Miriam	250-robot amb camp

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2011-03-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-,7%	75,4%	Pau	250-robot refredat, sense camp
2011-03-02	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-,7%	-,7%	Miriam	250-robot descarregat i escalfat
2011-02-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70,2%	56,4%	Eva	DNP: de 11% a 100% (fins sobreixir)
2011-02-18	—%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	—%	78,8%	77,4%	Miriam	per precaució s'ha emplenat el 250r al 100% de LIN
2011-02-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,3%	81,9%	Miriam	DNP: de 5% a 100%
2011-02-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,5%	45,9%	Pau	DNP: de 8% a 100%
2011-02-04	—%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	—%	75,0%	73,6%	Eva	per precaució s'ha emplenat el 250r al 100% de LIN
2011-02-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,3%	77,9%	Eva	DNP: de 7% a 100%
2011-01-28	—%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	—%	97,3%	95,5%	Miriam	per precaució s'ha emplenat el 250r al 100% de LIN
2011-01-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,9%	25,6%	Miriam	DNP: de 10% a 100%
2011-01-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,6%	60,7%	Pau	Dewar 50L N2, (Teo)
2011-01-14	—%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	—%	84,7%	83,4%	Eva	per precaució s'ha emplenat el 250r al 100% de LIN
2011-01-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,4%	88,0%	Eva	DNP: de 38% al 100% (fins sobreixir)
2011-01-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,8%	40,5%	Pau	DNP: (fins sobreixir)
2011-01-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,8%	58,1%	Míriam, Miquel	DNP: de 38% a 99% (fins sobreixir)

2010

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2010-12-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,2%	81,9%	Miquel, Eva	DNP: de 6% a 100% (fins sobreixir)
2010-12-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,5%	61,7%	Pau	
2010-12-17	-%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	81,7%	80,6%	Eva	per precaució s'ha emplenat el 250r al 100% de LIN

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2010-12-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,8%	85,0%	Miriam	
2010-12-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100%	53,0%	37,0%	Pau	
2010-12-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100%	71,8%	66,8%	Eva, Pau	
2010-12-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,6%	76,0%	Eva	DNP: de 13% a 100% (fins sobreixir)
2010-11-30	-%	60%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	89,7%	87,7%	Eva	el 250r tornava a estar sec!! s'ha emplenat al 60% de LIN
2010-11-26	-%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	97,0%	95,1%	Miquel	per precaució s'ha emplenat el 250r al 100% de LIN
2010-11-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36,5%	20,8%	Pau	el 250r tornava a estar sec!!
2010-11-22	-%	~20%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	40,3%	—%	Pau	el 250r estava sec!!, l'he omplert al 20% de N2 i el consum d'heli s'ha disparat
2010-11-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,7%	50,7%	Pau	
2010-11-16	-%	50%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	70,1%	67,7%	Pau	el 250r estava sec!!, l'he omplert al 50%
2010-11-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,1%	79,9%	Eva	DNP: de 9% a 100% (fins sobreixir)
2010-11-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,5%	25,0%	Miriam, Eva	DNP: de 4% a 100% (fins sobreixir)
2010-10-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70,7%	57,3%	Pau	DNP: de 7% a 100% (fins sobreixir)
2010-10-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,8%	81,8%	Pau	DNP: de 7% a 100% (fins sobreixir)
2010-10-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41,5%	25,1%	Miriam	DNP: de 8% a 100% (fins sobreixir)
2010-10-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,4%	58,5%	Pau	DNP: de 21% a 100% (fins sobreixir). Dewar 50L (RAIGS X)
2010-10-05	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	33%	-%	77,1%	Miquel	DNP: de 5% a 33%. Recàrrega parcial per tornar al dia habitual de manteniment, el DNP no aguanta més de 7 dies.

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	DNP	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2010-09-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38,1%	89,5%	Miriam	DNP: de 21% a 100% (sensor sortida N2 DNP: 0.40). La recàrrega s'ha fet un dimarts, 1 dia abans de l'habitual.
2010-09-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,3%	47,7%	Pau	DNP: de 10% a 100% (fins sobreixir). Dewar 25L aprox
2010-09-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,2%	80,7%	Miriam	DNP: de 10% a 100% (fins sobreixir).
2010-09-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,7%	50,5%	Pau	DNP: de 6% a 100% (fins sobreixir). Dewar de 50L
2010-09-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,4%	76,0%	Miquel, Miriam, Pau	DNP: de 7% a 100% (fins sobreixir)
2010-08-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35,9%	18,8%	Miquel, Miriam	DNP: de 9% a 100% (fins sobreixir)
2010-08-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,0%	50,9%	Miquel, Miriam	DNP: de 7% a 100% (fins sobreixir)
2010-08-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,2%	76,1%	Miquel, Miriam	DNP: de 11% a 100% (fins sobreixir)
2010-08-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	42,4%	26,7%	Miquel	DNP: de 10% a 101% (fins sobreixir)
2010-07-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,2%	63,3%	Pau, Eva, Miquel	DNP: de 12% a 100% (fins sobreixir)
2010-07-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,8%	85,3%	Eva, Míriam	DNP: de 14% a 100%
2010-07-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	43,3%	Pau	DNP: de 17% a 100%
2010-07-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,9%	70,7%	Míriam	També s'ha omplert l'imant del DNP, ca. 70L
2010-07-01	-%	-%	-%	-%	-%	-%	100%	100%	32,0%	91,6%	Pau	Instal·lació DNP + recàrrega tanc + omplir 600MHz
2010-06-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,5%	32,2%	Pau	Instal·lació DNP

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2010-06-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,3%	61,2%	Míriam	
2010-06-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,4%	79,6%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2010-06-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,4%	42,6%	Miquel, Miriam	
2010-06-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,5%	68,4%	Miriam	
2010-05-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,7%	87,0%	Pau	
2010-05-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52,2%	48,8%	Miriam	
2010-05-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,4%	64,7%	Pau	25L N2 Suades
2010-05-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,5%	84,4%	Miriam	
2010-04-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51,4%	39,0%	Pau	
2010-04-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,5%	62,4%	Pau	
2010-04-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,2%	82,9%	Pau	25L N2 Suades
2010-04-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,0%	26,9%	Pau	
2010-03-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,1%	55,4%	Pau, Miquel	
2010-03-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,8%	78,0%	Pau	
2010-03-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35,8%	23,5%	Pau	
2010-03-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,1%	55,6%	Pau	
2010-03-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,2%	77,2%	Pau	
2010-02-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45,5%	34,1%	Miriam	
2010-02-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,4%	62,7%	Pau	
2010-02-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,4%	84,4%	Miriam	
2010-02-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54,1%	41,7%	Pau	
2010-01-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,0%	65,1%	Miriam	
2010-01-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,7%	86,4%	Pau	
2010-01-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,1%	27,1%	Miriam	
2009-12-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,4%	54,4%	Pau	

2009

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2009-12-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81,6%	77,8%	Pau	
2009-12-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,5%	85,3%	Miriam	
2009-12-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	47,1%	Pau	He tornat a omplir el 250robot
2009-12-22	-	100%	-	-	-	-	-	69,1%	-	Pau	He omplert el 250robot perquè s'havia secat totalment amb 6 dies!!
2009-12-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,2%	73,0%	Miriam	
2009-12-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,3%	33,1%	Pau	
2009-12-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,4%	62,0%	Miriam	
2009-11-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,5%	83,9%	Pau	
2009-11-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,7%	46,1%	Miriam	
2009-11-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	??,??%	??,??%	Pau	
2009-11-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,4%	89,3%	Pau	
2009-10-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48,9%	36,4%	Miriam	Dewar de 25 L
2009-10-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77,2%	66,8%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2009-10-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	28,6%	14,7%	Miriam	El 600 no s'ha omplert del tot, ja que queda poc N2 al tanc
2009-10-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51,8%	38,0%	Miquel, Pau	50 L. N2 a raigs X
2009-09-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,4%	68,2%	Miriam	
2009-09-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,2%	89,8%	Pau	Durant el manteniment han omplert el tanc exterior
2009-09-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55,0%	41,5%	Miriam	
2009-09-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,9%	72,4%	Pau	
2009-09-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45,4%	32,4%	Miriam	
2009-08-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,9%	60,5%	Miquel	
2009-08-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,2%	82,3%	Miquel	
2009-08-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,7%	53,4%	Silvia	
2009-08-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,6%	76,8%	Pau	
2009-07-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,8%	27,5%	Pau	
2009-07-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,8%	50,3%	Miriam	
2009-07-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31,1%	85,1%	Miriam	Durant el manteniment han omplert el tanc exterior. En acabar, una vàlvula de sobrepessió s'ha quedada bufant durant una estona. Al final, el problema s'ha resolt tot sol.
2009-07-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,5%	41,6%	Pau	
2009-07-01	-%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	79,5%	67,5%	Pau	Els nivells inicial i final del tanc són una estimació

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2009-06-30	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	86,5%	81,5%	Pau	
2009-06-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35,5%	23,2%	Miriam	
2009-06-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,7%	52,2%	Pau	
2009-06-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,5%	77,7%	Miriam	
2009-06-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,6%	25,7%	Miquel, Miriam	
2009-05-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,8%	57,8%	Miriam	
2009-05-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,7%	79,6%	Miquel	
2009-05-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35,8%	20,6%	Miriam	
2009-05-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65,9%	53,5%	Miquel	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2009-04-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,0%	78,4%	Miquel	s'ha omplert un dewar de 25L (JC Bayón)
2009-04-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,5%	31,4%	Miriam	
2009-04-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74,8%	63,8%	Miriam	
2009-04-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,6%	84,0%	Silvia, Miquel	Els nivells inicial i final del tanc són una estimació
2009-04-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,4%	57,4%	Pau	he omplert un dewar de 25L (Veciana)
2009-03-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,7%	77,6%	Miriam	
2009-03-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,6%	18,8%	Pau	
2009-03-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,8%	48,6%	Miriam	
2009-03-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,9%	73,6%	Pau	
2009-02-25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,1%	30,0%	Miriam	
2009-02-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70,6%	60,1%	Pau	
2009-02-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,8%	82,1%	Miriam	
2009-02-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33,8%	21,9%	Pau	
2009-01-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61,2%	49,5%	Miriam	
2009-01-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,1%	71,1%	Pau	
2009-01-15	—%	—%	100%	100%	100%	100%	100%	96,8%	89,2%	Miriam	
2009-01-14	100%	100%	—%	—%	—%	—%	—%	20,5%	15,5%	Miriam	El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!
2009-01-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46,5%	30,7%	Pau	El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!

2008

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2008-12-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,4%	57,7%	Miriam, Miquel	El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!
2008-12-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,4%	83,1%	Pau	
2008-12-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,1%	58,9%	Miriam	
2008-12-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,4%	—%	Pau, Miquel	
2008-12-03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,9%	22,5%	Miriam	
2008-11-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,7%	52,8%	Pau	
2008-11-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,6%	76,5%	Pau	

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2008-11-12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42,4%	29,0%	Miriam	
2008-11-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,5%	60,9%	Pau	
2008-10-29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,8%	84,4%	Miriam	
2008-10-22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46,9%	-,-%	Pau	50l a raigs X
2008-10-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,9%	62,1%	Miriam	
2008-10-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	89,2%	Pau	
2008-10-01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47,1%	33,4%	Miriam	
2008-09-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,2%	64,8%	Pau	
2008-09-17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%?	25,2%	8,2%	Miriam	
2008-09-15	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5%	Miquel	Un cop recuperades les condicions de funcionament normal (400wb recarregat, BCU del 600 en marxa), el consum de nitrogen líquid encara és massa elevat: ~24% en ~5 dies = 4,8%/dia. Més informació a l'incidència 2008-09-22 - Consum LIN diari elevat.
2008-09-10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,8%	54,6%	Miriam	
2008-09-05	refredant!! +	—	84,0%	-,-%	Miquel	Continua el procés de refredament del 400wb.					
2008-09-04	100%	100%	100%	100%	refredant	100%	100%	98,0%	84,0%	Miriam	La diferència de nivells no és representativa, ja que els 250 s'han emplenat amb el tanc a aproximadament un 20% alhora que es refredava el 400wb. Llavors s'ha recarregat el tanc del 14,3% al 98,0%, i s'ha fet el manteniment de la resta d'imants mentre continuava el procés de refredament del 400wb. Al matí següent, el nivell del tanc és del 84,0%.

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2008-08-27	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	59,7%	45,8%	Miriam	El nivell del tanc ha disminuït moltíssim en una setmana. Dimecres passat dia 20 van omplir el tanc i des de llavors bufa per una vàlvula.
2008-08-20	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	98,3%	87,8%	Miquel	
2008-08-13	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	51,1%	38,9%	Miriam	
2008-08-06	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	76,9%	67,3%	Pau	
2008-07-30	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	-,-%	-,-%	Pau	
2008-07-23	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	40,2%	27,7%	Pau	Dewar 50L N2 Raigs X
2008-07-16	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	61,4%	53,2%	Pau	
2008-07-09	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	82,7%	74,0%	Pau	
2008-07-02	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	99,4%	91,0%	Miriam	

1r semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2008-06-18	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	37,9%	24,7%	Pau	El 400WB ha quenchat
2008-06-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,8%	54,3%	Miriam	
2008-06-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,9%	79,8%	Pau	
2008-06-04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,8%	31,9%	Miriam	
2008-05-28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71,4%	60,0%	Pau	
2008-05-21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,2%	82,7%	Miriam	
2008-05-14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47,8%	36,9%	Pau	
2008-05-07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77,0%	66,4%	Miriam	
2008-04-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,7%	89,4%	Pau	
2008-04-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<100%	46,7%	34,7%	Miriam	El 600 l'hem parat a les 13:30 i encara no havia acabat.
2008-04-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,5%	66,0%	Pau	
2008-04-09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,1%	86,4%	Miriam	dewar 25 L
2008-04-02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,2%	22,4%	Pau	
2008-03-26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,1%	50,9%	Sergi	dewar 50 L
2008-03-18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,3%	73,0%	Pau	El manteniment s'ha fet a la tarda.
2008-03-14	—	—	—	100%	100%	100%	100%	97,2%	89,8%	Pau	
2008-03-12	100%	100%	100%	—	—	—	—	16,9%	12,0%	Pau	Els imans que falten s'ompliran el dia 2008-03-14. Hi ha hagut una mala previsió en el nivell del tanc de N2

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2008-03-05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41,8%	30,2%	Miriam	
2008-02-27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,9%	58,9%	Pau	
2008-02-20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,3%	81,3%	Miriam	
2008-02-13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27,0%	13,7%	Pau	Dewar 50L
2008-02-06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,1%	39,2%	Miriam	
2008-01-30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78,0%	68,0%	Pau	
2008-01-23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,8%	89,4%	Miriam	
2008-01-16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44,1%	33,1%	Pau	
2008-01-08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,3%	61,4%	Miriam	

2007

2n semestre

Data	250auto	250robot	360	400nb	400wb	500	600	Nivell inicial	Nivell final	Responsable(s)	Observacions
2007-12-31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—	24,0%	Miquel	
2007-12-24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—	—	Pau, Miquel	

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=manteniment_lin_anys_anteriors

Last update: **2021/01/06 00:51**

