

Aparell de 400MHz - WideBore

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-06-25	Teodor Parella, Pau Nolis	Quench de l'imant durant la recàrrega de nitrogen líquid	Pendent de tramitar la Sol·licitud d'Intervenció a Bruker

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_400wb&rev=1214388967

Last update: **2008/06/25 12:16**

