

# Nivells i recàrregues d'heli líquid

Aquesta pàgina conté un resum dels nivells setmanals d'heli líquid als espectròmetres del SeRMN, i de les recàrregues efectuades als **dos darrers anys**. Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum d'heli líquid es poden consultar a les pàgines,

- [Registre històric de nivells i recàrregues d'heli líquid](#) (de 2007 endavant)
- [Consum anual d'heli líquid](#)

## Instruccions del registre

- Les recàrregues d'heli s'indiquen en **negreta**.
- Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
- El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#).

## 2021



- **Avance DPX-250-ROBOT (DESCARREGAT EL 2020-10-29)**
  - No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
- **Avance DPX-360**
  - El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.
  - Calcular una estimació del nivell considerant un **consum setmanal del 5%**.
- **Avance II 400wb (DESCARREGAT EL 2020-10-29)**
  - No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
- **Avance DRX 500**
  - Des de mitjans de 2020, després d'una recàrrega per sobre del 90%, quan el nivell baixa **es queda al 89%-90% durant tres setmanes** i després continua baixant.
- **Avance II+ 600**
  - Després d'una recàrrega al 100%, les primeres setmanes el nivell d'heli roman constant o baixa molt poc a poc

## 1r semestre

| Data       | 250auto | 360 | 400nb | 500 | 600 | DNP | Nivells tanc LIN | Responsable(s)  | Observacions |
|------------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|--------------|
| 2021-01-05 | 98%     | 73% | 81%   | 93% | 78% | -%  | de 200 a 170     | Míriam i Silvia |              |

# 2020

## 2n semestre

| Data       | 250auto    | 250robot   | 360         | 400nb      | 400wb     | 500        | 600        | DNP | Nivells<br>tanc<br>LIN | Responsable(s)    | Observacions                                                                       |
|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-12-29 | <b>99%</b> | -%         | -%          | -%         | -%        | <b>97%</b> | <b>82%</b> | -%  | —                      | Pau i Eva         | 100L He                                                                            |
| 2020-12-29 | 61%        | -%         | 80%         | 85%        | -%        | 61%        | 66%        | -%  | de 270<br>a 240        | Pau, Miquel i Eva |                                                                                    |
| 2020-12-22 | 65%        | -%         | 86%         | 89%        | -%        | 66%        | 70%        | -%  | de 90 a<br>60          | Pau, Miquel i Eva |                                                                                    |
| 2020-12-16 | 67%        | -%         | 91%         | 91%        | -%        | 68%        | 73%        | -%  | de 140<br>a 110        | Pau, Miquel       |                                                                                    |
| 2020-12-09 | 71%        | -%         | 97%         | 94%        | -%        | 71%        | 76%        | -%  | de 200<br>a 170        | Míriam            |                                                                                    |
| 2020-12-02 | 74%        | -%         | 60%         | 57%        | -%        | 74%        | 80%        | -%  | de 290<br>a 260        | Eva               | 360MHz a 60%<br>3a setmana                                                         |
| 2020-11-25 | 77%        | -%         | 60%         | 61%        | -%        | 77%        | 82%        | -%  | de 130<br>a 105        | Míriam            | 360MHz a 60%<br>2a setmana                                                         |
| 2020-11-18 | 80%        | -%         | 60%         | 64%        | -%        | 80%        | 83%        | -%  | de 190<br>a 160        | Eva               | 360MHz a 60%<br>1a setmana, 1<br>dewar LN2                                         |
| 2020-11-11 | 83%        | -%         | 69%         | <b>67%</b> | -%        | 84%        | <b>91%</b> | -%  | de 280<br>a 250        | Pau, Teo          | 100L LHe                                                                           |
| 2020-11-04 | 88%        | -%         | 75%         | 55%        | -%        | 87%        | 63%        | -%  | de 140<br>a 110        | Eva               |                                                                                    |
| 2020-10-29 | 91%        | <b>0%</b>  | 82%         | 58%        | <b>0%</b> | 88%        | 67%        | -%  | —                      | Miquel i Eva      | Quench<br>controlat<br>250MHz robot<br>i 400wb                                     |
| 2020-10-28 | 91%        | 68%        | 82%         | 58%        | 53%       | 88%        | 67%        | -%  | de 200<br>a 180        | Pau               | Nivell 250Hz-<br>robot estimat                                                     |
| 2020-10-21 | 95%        | 73%        | 88%         | 61%        | 56%       | 89%        | 70%        | -%  | de 280<br>a 250        | Eva               | Nivell 250Hz-<br>robot estimat                                                     |
| 2020-10-14 | 98%        | 78%        | 94%         | 64%        | 59%       | 89%        | 74%        | -%  | de 140<br>a 100        | Míriam            |                                                                                    |
| 2020-10-07 | <b>98%</b> | —          | <b>100%</b> | —          | —         | <b>89%</b> | —          | -%  | —                      | Pau i Eva         | 100L LHe                                                                           |
| 2020-10-07 | 61%        | 83%        | 60%         | 67%        | 63%       | 69%        | 78%        | -%  | de ???<br>a ???        | Pau               |                                                                                    |
| 2020-09-30 | 64%        | 87%        | 63%         | 70%        | 65%       | 72%        | 81%        | -%  | de 120<br>a 90         | Míriam            |                                                                                    |
| 2020-09-23 | 67%        | 89%        | 71%         | 73%        | 68%       | 75%        | 83%        | -%  | de 210<br>a 180        | Pau i Eva         |                                                                                    |
| 2020-09-18 | -%         | <b>89%</b> | -%          | -%         | -%        | -%         | <b>84%</b> | -%  | —                      | Miquel i Eva      | 100LHe, tots<br>dos imants<br>marcaven<br>90-100%<br>mentre<br>s'omplien<br>d'heli |
| 2020-09-16 | 73%        | 53%        | 78%         | 75%        | 71%       | 78%        | 72%        | -%  | de 140<br>a 110        | Míriam            |                                                                                    |
| 2020-09-09 | 73%        | 58%        | 84%         | 78%        | 74%       | 81%        | 76%        | -%  | de 210<br>a 170        | Eva               |                                                                                    |

| Data       | 250auto     | 250robot   | 360         | 400nb      | 400wb      | 500        | 600        | DNP | Nivells<br>tanc<br>LIN | Responsable(s)  | Observacions                            |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 2020-09-02 | 76%         | 63%        | 91%         | 80%        | 75%        | 85%        | 79%        | -%  | de 290<br>a 270        | Eva             | <b>400wb 3a<br/>setmana al<br/>75%!</b> |
| 2020-08-26 | 79%         | 68%        | 97%         | 84%        | 75%        | 88%        | 82%        | -%  | de 180<br>a 140        | Míriam i Eva    |                                         |
| 2020-08-19 | —           | —          | <b>101%</b> | —          | —          | —          | <b>86%</b> | -%  | —                      | Miquel i Míriam | 100L LHe                                |
| 2020-08-19 | 82%         | 73%        | 60%         | 85%        | 75%        | 89%        | 59%        | -%  | de 260<br>a 230        | Miquel i Míriam | <b>500MHz a<br/>89% 3a<br/>setmana!</b> |
| 2020-08-12 | 84%         | 78%        | 66%         | 87%        | 76%        | 89%        | 64%        | -%  | de 130<br>a 100        | Miquel i Míriam |                                         |
| 2020-08-04 | 89%         | 82%        | 73%         | 89%        | 79%        | 89%        | 67%        | -%  | de 200<br>a 170        | Pau i Miquel    |                                         |
| 2020-07-31 | -%          | -%         | -%          | -%         | <b>84%</b> | <b>90%</b> | <b>72%</b> | -%  | —                      | Pau i Eva       | 100L LHe                                |
| 2020-07-29 | 92%         | 84%        | 79%         | 95%        | 61%        | 63%        | 66%        | -%  | de 290<br>a 260        | Teo i Míriam    |                                         |
| 2020-07-22 | 98%         | 87%        | 91%         | 98%        | 65%        | 66%        | 70%        | -%  | de 180<br>a 140        | Teo i Míriam    |                                         |
| 2020-07-16 | —           | —          | —           | <b>98%</b> | —          | —          | —          | -%  | —                      | Pau i Eva       | 60L He                                  |
| 2020-07-15 | 98%         | 87%        | 91%         | 51%        | 68%        | 69%        | 73%        | -%  | de 270<br>a            | Teo i Míriam    |                                         |
| 2020-07-08 | 98%         | 89%        | 98%         | 54%        | 71%        | 72%        | 77%        | -%  | de 120<br>a 80         | Teo i Eva       |                                         |
| 2020-07-02 | <b>100%</b> | <b>93%</b> | <b>100%</b> | —          | —          | —          | —          | -%  | —                      | Pau             | <b>100L He</b>                          |
| 2020-07-01 | 61%         | 60%        | 60%         | 58%        | 74%        | 75%        | 81%        | -%  | de 220<br>a 180        | Pau             | <b>360MHz a<br/>60% 3a<br/>setmana!</b> |


1r semestre

| Data       | 250auto | 250robot   | 360         | 400nb | 400wb      | 500        | 600        | DNP | Nivells<br>tanc<br>LIN | Responsable(s)  | Observacions                            |
|------------|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 2020-06-23 | 64%     | 65%        | 60%         | 63%   | 75%        | 78%        | 83%        | -%  | de 290<br>a 270        | Pau i Eva       | <b>360MHz a<br/>60% 2a<br/>setmana!</b> |
| 2020-06-17 | 67%     | 69%        | 60%         | 65%   | 75%        | 81%        | 83%        | -%  | de 150<br>a 120        | Pau i Eva       | <b>360MHz a<br/>60% 1a<br/>setmana!</b> |
| 2020-06-11 | -%      | -          | -%          | -%    | <b>75%</b> | -%         | <b>84%</b> | -%  |                        | Pau i Eva       | 100L LHe                                |
| 2020-06-10 | 70%     | 73%        | 70%         | 68%   | 59%        | 85%        | 54%        | -%  | de 220<br>a 190        | Míriam i Miquel |                                         |
| 2020-06-03 | 73%     | 78%        | 77%         | 71%   | 62%        | 88%        | 58%        | -%  | de 140<br>a 100        | Pau i Teo       |                                         |
| 2020-05-27 | 76%     | 82%        | 83%         | 74%   | 65%        | 90%        | 63%        | -%  | de 195<br>a 170        | Miquel i Miriam |                                         |
| 2020-05-20 | 78%     | 84%        | 89%         | 77%   | 68%        | 90%        | 67%        | -%  | de 270<br>a 240        | Pau i Eva       |                                         |
| 2020-05-13 | 81%     | 85%        | 95%         | 79%   | 71%        | 90%        | 70%        | -%  | de 120<br>a 95         | Teo i Miquel    |                                         |
| 2020-05-07 | -       | <b>87%</b> | <b>101%</b> | -     | -          | <b>94%</b> | -          | -%  | -                      | Eva i Pau       | 100LHe                                  |
| 2020-05-06 | 84%     | 78%        | 66%         | 84%   | 74%        | 65%        | 74%        | -%  | de 190<br>a 150        | Teo i Miquel    |                                         |

| Data       | 250auto | 250robot | 360  | 400nb | 400wb | 500 | 600 | DNP | Nivells<br>tanc<br>LIN | Responsable(s)  | Observacions                                        |
|------------|---------|----------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 2020-04-29 | 89%     | 82%      | 73%  | 86%   | 75%   | 68% | 77% | -%  | de 270<br>a 240        | silvia i Teo    |                                                     |
| 2020-04-22 | 91%     | 85%      | 79%  | 88%   | 75%   | 71% | 81% | -%  | de 120<br>a —          | Pau i Eva       |                                                     |
| 2020-04-15 | 96%     | 86%      | 86%  | 93%   | 75%   | 74% | 83% | -%  | de 190<br>a 150        | Teo i Miquel    |                                                     |
| 2020-04-08 | 98%     | 87%      | 92%  | 96%   | 76%   | 77% | 83% | -%  | de 270<br>a 240        | Pau i Eva       |                                                     |
| 2020-04-01 | 98%     | 90%      | 98%  | 98%   | 78%   | 80% | 87% | -%  | de 120<br>a 95         | Teo i Miquel    |                                                     |
| 2020-03-26 | 100%    | 99%      | 101% | 100%  | 89%   | -%  | -%  | -%  |                        | Pau i Eva       | 100L LHe                                            |
| 2020-03-25 | 69%     | 57%      | 88%  | 70%   | 76%   | 83% | 93% | -%  | de 190<br>a 150        | Silvia i Miquel |                                                     |
| 2020-03-18 | 72%     | 62%      | 95%  | 73%   | 78%   | 89% | 94% | -%  | de 270<br>a 240        | Pau i Eva       |                                                     |
| 2020-03-11 | 75%     | 66%      | 100  | 75%   | 84%   | 94% | 94% | -%  | 0                      | Pau i Eva       | 100L He                                             |
| 2020-03-05 | 78%     | 71%      | 75%  | 78%   | 63%   | 68% | -%  | -%  |                        | Pau             |                                                     |
| 2020-02-27 | -       | -        | -    | -     | -     | -   | 94% | -%  |                        | Pau, Eva        | 100L He                                             |
| 2020-02-26 | 81%     | 76%      | 81%  | 81%   | 66%   | 72% | 59% | -%  | de 140<br>a 100        | Miriam          |                                                     |
| 2020-02-19 | 84%     | 80%      | 88%  | 85%   | 69%   | 75% | 64% | -%  | de 210<br>a            | Eva             |                                                     |
| 2020-02-12 | 89%     | 84%      | 94%  | 86%   | 72%   | 78% | 68% | -%  | de 100<br>a 300        | Pau             | El tanc s'ha<br>omplert durant<br>el<br>manteniment |
| 2020-02-05 | -%      | 84%      | 100% | -%    | -%    | %   | -%  | -%  |                        | Pau i Eva       | 100L LHe                                            |
| 2020-02-05 | 91%     | 67%      | 61%  | 89%   | 75%   | 61% | 71% | -   | de 200<br>a 150        | Eva             | ATENCIÓ!<br>400wb 3a<br>setmana a<br>75%            |
| 2020-01-29 | 96%     | 71%      | 60%  | 93%   | 75%   | 64% | 75% | -   | de 140<br>a 100        | Miriam          |                                                     |
| 2020-01-22 | 98%     | 76%      | 67%  | 96%   | 96%   | 68% | 78% | -   | de 200<br>a 170        | Pau             |                                                     |
| 2020-01-15 | 98%     | 80%      | 74%  | 98%   | 75%   | 71% | 82% | -   | de 280<br>a 250        | Eva             |                                                     |
| 2020-01-09 | 100%    | 86%      | -%   | 100%  | 77%   | -%  | -%  | -   |                        | Pau i Eva       | 100L LHe                                            |
| 2020-01-08 | 63%     | 58%      | 80%  | 61%   | 70%   | 75% | 83% | -   | de 150<br>a 120        | Miriam          |                                                     |
| 2020-01-03 | 65%     | 61%      | 85%  | 63%   | 72%   | 78% | 83% | -   | de 230<br>a 190        | Miriam i Eva    |                                                     |

## Anys anteriors

Els [registres dels anys anteriors](#) es guarden en una pàgina a part.



From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=manteniment\\_lhe&rev=1609890211](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=manteniment_lhe&rev=1609890211)

Last update: **2021/01/06 00:43**

